



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,

tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala

tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

tel. 87 620-95-93

tel. 87 620-95-76

tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

e-mail: przetargi@promedica.elk.pl

www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 4

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/630/858/25

Data: 17.03.2025 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego na Blok Operacyjny na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. Znak Sprawy 459/2025.**

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dotyczy Pakietu 1 poz. 6 i 7 - Załącznika nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy w Pakiecie nr 1 poz. nr 6 i 7 zamawiający ma na myśli pojemniki w wersji półautomatycznej spełniające wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE nr 2 dotyczy Pakietu 3 poz. 3 Załącznika nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy w Pakiecie nr 3 poz. nr 3 zamawiający ma na myśli klipsy kompatybilne z klipsownicą 0301-04XXLEN w ilości 20 magazynków, spełniające wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokonuje Modyfikacji nr 1 z dnia 17.03.2025r. Załącznika nr 3 do SWZ – Formularza Asortymentowo-Cenowego.

PYTANIE nr 3 dotyczy Pakietu 5 poz. 1 Załącznika nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 7 poz. nr 1 trokara ze strzykawką dołączoną w osobnym sterylnym opakowaniu lub bez strzykawki, spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Pakiet 7 poz. 1 Załącznika nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy nie zawiera takiego asortymentu tj. trokara o którym mowa w niniejszym pytaniu. Jednakże Zamawiający domniemywa, że Wykonawca w przedmiotowym pytaniu powołuje się na trokar wskazany w Pakiecie 5 poz. 1, wobec tego odpowiedź Zamawiającego brzmi następująco: Zamawiający dopuszcza trokar ze strzykawką dołączoną w osobnym sterylnym opakowaniu spełniający wszystkie pozostałe parametry określone w SWZ.

PYTANIE nr 4 dotyczy Pakietu 5 poz. 2 Załącznika nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 7 poz. nr 2 trokara ze strzykawką dołączoną w osobnym sterylnym opakowaniu lub bez strzykawki, spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Pakiet 7 poz. 2 Załącznika nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy nie zawiera takiego asortymentu tj. trokara o którym mowa w niniejszym pytaniu. Jednakże Zamawiający domniemywa, że Wykonawca w przedmiotowym pytaniu powołuje się na trokar wskazany w Pakiecie 5 poz. 2, wobec tego odpowiedź Zamawiającego brzmi następująco: Zamawiający dopuszcza trokar ze strzykawką dołączoną w osobnym sterylnym opakowaniu spełniający wszystkie pozostałe parametry określone w SWZ.



PYTANIE nr 5 dotyczy Pakietu 5 poz. 3 Załącznika nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 7 poz. nr 3 trokara o długości 100 mm i 120 mm spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Pakiet 7 poz. 3 Załącznika nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy nie zawiera takiego asortymentu tj. trokara o którym mowa w niniejszym pytaniu. Jednakże Zamawiający domniemywa, że Wykonawca w przedmiotowym pytaniu powołuje się na trokar wskazany w Pakiecie 5 poz. 3, wobec tego odpowiedź Zamawiającego brzmi następująco: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

