



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 4

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 593 / 444 /25

Data: 21.02.2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Zakup i dostawę ambulansu typu C na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.” Znak sprawy: 373/2025 projekt mieszkańców wybrany w ramach "Elckiego Budżetu Obywatelskiego - edycja 2025" finansowany z budżetu Gminy Miasta Elku.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1

Dotyczy pozycji : XVI Wypożyczenie medyczne.

Dotyczy nosze główne :

W związku z faktem, iż Zamawiający wymaga dostawy ambulansu wyposażonego w nosze Ferno, którego wyłącznym importerem i dystrybutorem w Polsce jest firma Paramedica pytamy Zamawiającego o pozytywne odpowiedzi na poniższe pytania.

Pozytywne odpowiedzi na pytania Wykonawcy pozwolą na złożenie oferty więcej niż jednego wykonawcy, co pozwoli uzyskać konkurencyjną cenę zakupu.

1. Prosimy o dopuszczenie noszy o poniższych parametrach:

Nosze główne rozłączne
Wykonane z materiału odpornego na korozję
Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha.
Przystosowane do prowadzenia reanimacji.
Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni.
Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiającą odgięcie głowy do tyłu, klatki piersiowej i ułożenie na wznak.
Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy.
Wypożyczone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące
Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy.
Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy.



**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**

19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

e-mail: przetargi@promedica.elk.pl

www.promedica.elk.com.pl

Składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi.
Waga noszy zgodna z wymogami normy PN EN 1865
Trwałe oznakowanie elementów związanych z obsługą noszy
Transporter noszy głównych
Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę
Szybki i łatwy system połączenia z noszami
Regulacja wysokości w 7 poziomach
Możliwości zapięcia noszy głową lub nogami w kierunku jazdy
Odbojniki na goleniach
Wyposażony w 4 kółka obrotowe w zakresie o 360 stopni, 2 kółka wyposażone w hamulce
Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera.
Wszystkie kółka jezdne skrętne, o średnicy 200mm i szerokości 50mm umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez jedną osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. Kółka mają umożliwiać jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi (na otwartych przestrzeniach)
Blokada kółek do jazdy na wprost uruchamiana przez operatora w momencie w którym jest to wymagane i potrzebne, uniemożliwiająca przypadkowe zablokowanie do jazdy na wprost
Waga transportera zgodna z wymogami aktualnej normy PN EN 1865
Mocowanie transportera do ławety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789 +A2:2015
Wykonany z materiału odpornego na korozję.
Trwałe oznakowanie elementów związanych z obsługą noszy.
Deklaracje zgodności zgodne z aktualną normą PN EN 1789+A2:2015 oraz PN EN 1865:1+A1 2015

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 2

Dotyczy pozycji : **XVI Wyposażenie medyczne.**

Dotyczy nosze główne :

W związku z faktem, iż Zamawiający wymaga dostawy ambulansu wyposażonego w nosze Ferno, którego wyłącznym importerem i dystrybutorem w Polsce jest firma Paramedica pytamy Zamawiającego o pozytywne odpowiedzi na poniższe pytania.

Pozytywne odpowiedzi na pytania Wykonawcy pozwolą na złożenie oferty więcej niż jednego wykonawcy, co pozwoli uzyskać konkurencyjną cenę zakupu.





„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

2. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczone nosze wyposażone były w cztery skrajne kółka o 360 stopni o średnicy przynajmniej 170 mm, dzięki czemu łatwiejszy będzie transport pacjenta na nierównym podłożu oraz w grząskim terenie?

Odpowiedź: Zamawiający sprecyzował wymagania dotyczące ambulansu oraz jego podstawowego wyposażenia tj. m.in. zestawu noszy, w Załączniku nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Jednakże Zamawiający dopuszcza zaoferowanie noszy wyposażonych w cztery skrajne kółka o 360 stopni o średnicy przynajmniej 170 mm.

PYTANIE nr 3

Dotyczy: XVI Wyposażenie medyczne - nosze główne zestaw

W związku z faktem, iż Zamawiający wymaga dostawy ambulansu wyposażonego w nosze Ferno, którego wyłącznym importerem i dystrybutorem w Polsce jest firma Paramedica Sp. z o.o. pytamy Zamawiającego o pozytywne odpowiedzi na poniższe pytania.

Pozytywne odpowiedzi na pytania Wykonawcy pozwolą na złożenie oferty więcej niż jednego wykonawcy, co pozwoli uzyskać konkurencyjną cenę zakupu.

3. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy wymaga aby system transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera był zgodny w pełni z wymogami aktualnych zharmonizowanych norm PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789:2021, poświadczony odpowiednimi dokumentami tj. certyfikatem zgodności wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 2017/745?

Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane, przynajmniej w zakresie minimalnym, który określa Norma i dotyczy to w szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w sposób normatywny, co oznacza, że ich zastosowanie jest wymagane. Stosuje się najnowszą, aktualną wersję Norm, dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego. W związku z tym tylko niezależna jednostka notyfikująca może potwierdzić, że nosze reanimacyjne spełniają wymagania norm PN EN 1789 i PN EN 1865.

Brak dokumentów jednoznacznie potwierdzających zgodność noszy z normami zharmonizowanymi stanowić może przeszkodę w uzyskaniu finansowania z NFZ, winno być zatem szczegółowo przez Zamawiającego weryfikowane.

Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że w przypadku np. zdarzenia drogowego z udziałem ambulansu w skład, którego będą wchodzić urządzenia niezgodne z aktualnymi zharmonizowanymi normami (stan na dzień zarejestrowania ambulansu jako pojazdu specjalnego) ambulans taki nie jest traktowany jako pojazd zgodny z normą PN EN 1789, traci status pojazdu specjalnego co może nieść za sobą konsekwencje finansowe i prawne.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian i informuje, że w Załączniku nr 4 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia w Rozdziale XVI Wyposażenie medyczne pkt 1 „Nosze główne zestaw” [...] znajdują się wymogi dotyczące zgodności niniejszego asortymentu z normami PN EN 1865 lub równoważne oraz PN EN 1789 lub równoważne.





„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

PYTANIE nr 4

Dotyczy pozycji :

Krzeselko kardiologiczne transportowe:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzeselka kardiologicznego o parametrach poniżej :

Płozowe krzeselko kardiologiczne Rolman K312 z wysuwanymi rączkami przednimi

- Wykonane z aluminium, odporne na korozję i na działanie płynów dezynfekujących
- Wyposażone w rozkładany system płozowy ułatwiający transport pacjenta po schodach
- Wyposażone w górny uchwyt teleskopowo regulowany w 3 pozycjach
- Wyposażone w demontowalne siedzisko
- Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego winylu, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję
- Składane, z blokadą przypadkowego złożenia w trakcie przenoszenia pacjenta
- Wyposażone w 4 kółka transportowe z czego 2 przednie obrotowe o 360°
- Średnica tylnych kółek 175 mm, umożliwiająca wygodne przemieszczanie krzeselka z pacjentem po nierównym podłożu,
- Średnica kół przednich 75 mm
- Hamulce na przednich kółkach
- Wyposażone w 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie
- Wymiary krzeselka złożonego: 114 cm wysokość, 55 cm szerokość, głębokość po złożeniu 23 cm
- Waga ok 14,5 kg
- Dopuszczalne obciążenie 180 kg
- Wysuwane rączki przednie do przenoszenia pacjenta

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

