

Odpowiedź na Zapytanie 6

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 821 / 602 /25

Data: 10.03.2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Zakup i dostawę ambulansu typu C na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak sprawy: 711/2025 w ramach realizacji projektu nr LTPL00130, pn. „Likwidacja zaniedbań w diagnostyce i leczeniu nowotworów, w szczególności poprzez wzmocnienie usług zdrowotnych na pograniczu polsko-litewskim” dofinansowanego w ramach programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1

Dotyczy załącznik nr 4 – pkt II, 22 – prosimy o dopuszczenie miejsca montażu jednego kasku w schowku zewnętrznym (za lewymi drzwiami) oraz dwóch na drzwiach tylnych przedziału medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 2

Dotyczy załącznik nr 4 – pkt. II.24 – prosimy o potwierdzenie, iż panel ma być przyciskowy (guziki), a nie typu rezystencyjnego lub touchscreen.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pkt 24 Rozdziału II Załącznika nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia nie zawiera wymagania dotyczącego panelu, o którym mowa w niniejszym pytaniu. Jednakże Zamawiający domniemywa, że Wykonawca w przedmiotowym pytaniu powołuje się na panel wskazany w pkt 23 Rozdziału II, wobec tego odpowiedź Zamawiającego brzmi następująco: Zamawiający nie potwierdza.

PYTANIE nr 3

Dotyczy załącznik nr 4 – pkt. X.11 – z uwagi, iż częstotliwości nie są to informacje publiczne, prosimy o potwierdzenie, iż po podpisaniu umowy Zamawiający przekaze częstotliwości do zaprogramowania lub Zamawiający dostroi radiotelefony we własnym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Wykonawca we własnym zakresie musi zaprogramować częstotliwości określone w pkt. 11 Rozdziału X Załącznika nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE nr 4

Dotyczy załącznik nr 4 – pkt. X.13,15 – prosimy o dopuszczenie zestawu naprawczego w miejsce koła zapasowego które zostanie dostarczone luzem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Modyfikacja nr 1 z dn. 10.03.2025 r. Załącznika nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.



PYTANIE nr 5

Dotyczy załącznik nr 4 – pkt.X.18 – prosimy o dopuszczenie zasilania wszystkich gniazd z przetwornicy po jej włączeniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 6

Dotyczy załącznik nr 4 – pkt. X.20 – prosimy o potwierdzenie, iż drukarka oraz tablet są po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

PYTANIE nr 7

Dotyczy załącznik nr 4 – pkt. X.21 – prosimy o dopuszczenie lodówki sprężarkowej do transportu leków wbudowanej w przedział medyczny utrzymującą temperaturę na poziomie 3-5 stopni, a nie pojemnika termoizolacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 8

Dotyczy załącznik nr 4 – pkt. XIII.5 – czy sufitowy punkt poboru tlenu to ma być gniazdo pojedyncze AGA czy wtyk tlenowy połączony z przepływomierzem na ścianie prawej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sufitowym punktem poboru tlenu ma być wtyk tlenowy połączony z przepływomierzem na ścianie prawej.

PYTANIE nr 9

Dotyczy załącznik nr 4 – pkt. XIII.6 – prosimy o doprecyzowanie czy posiadany ssak jest zasilany 12V czy 230V oraz udostępnienie zdjęcia wtyku zasilającego CEE SELV.

Odpowiedź: Ssak jest zasilany napięciem 230V. Zamawiający poniżej udostępnia zdjęcie wtyku zasilającego, o które prosi Wykonawca.

**PYTANIE nr 10**

Dotyczy umowy paragraf 6 – gwarancja i rękojmia – prosimy o potwierdzenie, iż w cenę oferty mają być wliczone bezpłatne przeglądy samochodu bazowego wykonywane w najbliższym ASO danej marki samochodu bazowego do której na przeglądy Zamawiający dojedzie we własnym zakresie i na własny koszt; bezpłatne przeglądy adaptacji medycznej oraz sprzętu medycznego wykonywane w miejscu stacjonowania ambulansu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami ust. 3 § 6 Rękojmia i gwarancja, umieszczonymi w Załączniku nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy: „3. Zamawiający wymaga, by Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji dokonywał napraw gwarancyjnych zgłoszonych usterek oraz niezbędnych przeglądów technicznych i konserwacji przedmiotu zamówienia w ramach ceny za przedmiot umowy w punkcie napraw gwarancyjnych, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu (dla samochodu bazowego), natomiast dla zabudowy medycznej oraz wyposażenia medycznego w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością zalecaną przez



producenta. Cena za przedmiot umowy obejmuje także koszty dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, poniesione w ramach świadczenia gwarancji i rękojmi oraz w celu dokonania przeglądów technicznych i konserwacji. Koszt dojazdu do punktu napraw gwarancyjnych Zamawiający poniesie we własnym zakresie (w przypadku napraw gwarancyjnych zgłoszonych usterek, przeglądów technicznych i konserwacji samochodu bazowego).”[..]

PYTANIE nr 11

Prosimy o podanie zakładanego szacunkowego przebiegu ambulansu w celu ustalenia wartości pakietów przeglądów samochodu bazowego.

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, iż zakładany szacunkowy roczny przebieg ambulansu to ok. 40.000 km.*

PYTANIE nr 12

Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ, pkt. IV, 3 – prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności napędu 4x4.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

