



Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o.

ul. Marii Skłodowskiej
- Curie 1
33-100 Tarnów

Tel. 14 631 02 10
Fax 14 627 44 43

e-mail:
ekretariat@zps.tarnow.pl

Internet
www.zps.tarnow.pl

REGON
851800010

NIP
8733250820

KRS
0000450920
Sąd Rejonowy dla
rakowa-Śródmieścia
w Krakowie,
Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

Kapitał zakładowy
22 102 000 zł
w całości opłacony



Wszyscy uczestnicy postępowania/ strona internetowa

Tarnów, dn. 08.04.2025 r.

Dotyczy: postępowania na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Zespołu Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. w Tarnowie”.

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego odnośnie treści SWZ, przedstawia się następujące wyjaśnienia:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenia z załącznika nr 8 – Rower treningowy poziomy i załącznika nr 11 – Wioślarz wodny, które nie są urządzeniami medycznymi i posiadają 23% stawkę VAT, ale są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP, posiadają deklaracje zgodności CE oraz spełniają parametry techniczne zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a ich odbiorcami są również placówki medyczne?

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza urządzenia Rower Treningowy i Wioślarz wodny z 23% VAT, które są zgodne z opisem w załączniku 8 i 11.

Załącznik nr 9 – dwusekcyjny stół rehabilitacyjny szt. 3

1. Czy Zamawiający dopuści dwusekcyjne stoły rehabilitacyjne o poniższych parametrach technicznych:

- + centralny system jezdny z hamulcami (4 kółka),
- + kąt pochylenia zagłówka – regulacja w zakresie od – 85 do +40 stopni,
- + maksymalne obciążenie: 250 kg,
- + regulacja wysokości w zakresie 44 – 101 cm,
- + wymiary leżyska 185 x 66 cm,
- + waga stołu bez pacjenta 65 kg,
- + doposażenie w postaci uchwytu na pasy stabilizacyjne oraz banany,
- + doposażenie w postaci zaślepki otworu na twarz?

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza.

Załącznik nr 12 – urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych szt. 1

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do hydroterapii o poniższych parametrach technicznych:

- + 4 dysze w 2 niezależnych sekcjach,
- + bierny masaż perełkowy z regulacją intensywności,
- + półautomatyczny spust wody z misy,

- + prysznic ręczny,
- + ergonomiczne krzesło obrotowe,
- + środek do czyszczenia wanien,
- + czujnik temperatury wody w misie,
- + dotykowy panel sterowania 3,5" umożliwiający automatyczne sterowanie dyszami, automatyczny system napełniania, zabezpieczenie przed przelaniem wanny, ustawianie czasu zabiegu, wyłączenie po skończonym zabiegu, zabezpieczenie przed pracą pompy na sucho, czujnik temperatury wody nalewanej i wody w misie, powiadomienie o konieczności odkamieniania,
- + pojemność całkowita mierzona do poziomu korka przelewowego 165 litrów,
- + pojemność użytkowa – poziom I napełniania 77 litrów,
- + pojemność użytkowa – poziom II napełniania 137 litrów,
- + wymiary urządzenia: długość 108 cm x szerokość 58 cm x wysokość 78 cm?

Odpowiedź: Nie. Należy zaoferować urządzenie spełniające wymogi SWZ w szczególności odnośnie wymaganej ilości dysz.

PREZES ZARZĄDU
Piotr Augustyński

Otrzymują:

1 x wszyscy uczestnicy postępowania / strona internetowa

1 x a/a