



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,

tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala

tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

tel. 87 620-95-93

tel. 87 620-95-76

tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

e-mail: przetargi@promedica.elk.pl

www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 3

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/629/858/25

Data: 17.03.2025 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego na Blok Operacyjny na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. Znak Sprawy 459/2025.**

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dotyczy Pakietu 4 Załącznika nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy

Pytanie 1, dot. Pakiet 4 CPV-33169200-4 – Kosze chirurgiczne, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Jednorazowej osłony rany operacyjnej, służąca do bezkontaktowego usuwania specimentu podczas resekcyjnych zabiegów laparoskopowych: średnica pierścienia 100 mm, dedykowana do linnii cięcia 2,5-6 cm, wysokość rękawa 180 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 2 dotyczy Pakietu 4 Załącznika nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy

Pytanie 2, dot. Pakiet 4 CPV-33169200-4 – Kosze chirurgiczne, poz. 1:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby osłona posiadała linkę z pętelką, ułatwiającą wyjmowania go z nacięcia po zabiegu i czy Zamawiający wymaga do zaoferowania 2 rodzajów osłony do wyboru – ze sztywną górną obręczą i elastyczną górną obręczą?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE nr 3 dotyczy Pakietu 4 Załącznika nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy

Pytanie 3, dot. Pakiet 4 CPV-33169200-4 – Kosze chirurgiczne, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Jednorazowa osłona rany operacyjnej, służąca do bezkontaktowego usuwania specimentu podczas resekcyjnych zabiegów laparoskopowych: średnica pierścienia 130 mm, dedykowana do linnii cięcia 5-9 cm, wysokość rękawa 180 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 4 dotyczy Pakietu 4 Załącznika nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy

Pytanie 4, dot. Pakiet 4 CPV-33169200-4 – Kosze chirurgiczne, poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga do zaoferowania 2 rodzajów osłony do wyboru – ze sztywną górną obręczą i elastyczną górną obręczą?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.



PYTANIE nr 5 dotyczy Pakietu 4 Załącznika nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy

Pytanie 5, dot. Pakiet 4 CPV-33169200-4 – Kosze chirurgiczne, poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Jednorazowa osłona rany operacyjnej, służąca do bezkontaktowego usuwania specimenu podczas resekcyjnych zabiegów laparoskopowych: średnica pierścienia 240 mm, dedykowana do linnii cięcia 11-17 cm, wysokość rękawa 340 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 6 dotyczy Pakietu 4 Załącznika nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy

Pytanie 6, dot. Pakiet 4 CPV-33169200-4 – Kosze chirurgiczne, poz. 3:

Czy Zamawiający wymaga do zaoferowania 2 rodzajów osłony do wyboru – ze sztywną górną obręczą i elastyczną górną obręczą?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

**Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi
i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.**

Z poważaniem

