

Konin, 07.04.2025 r.

WSZ-EP-54/2024/226/25**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania****Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-54/2024****Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ – nr 41**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający udziela niezwłocznie wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ” oraz udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Pakiet nr 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zbiornik o pojemności 25ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zbiornik nie posiadający zdejmowanego pojemnika wewnętrznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 19, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści dren skalowany co 1cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 19, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści dren nie posiadający linii RTG?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 19, pozycja 1.2-~~25~~ 1,5

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 42cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pakiet nr 26, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rurkę z mankietem wysokoobjętościowym niskociśnieniowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 27, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej 150-300ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 27, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści filtr o wydajności nawilżania przy Vt500ml: 24mg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 27, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 12ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 27, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści filtr ze złączem 22F/15M oraz drugim złączem 22M/15F?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 28, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści obwód wykonany z PP i EVA?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 28, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści obwód ze sztywnymi złączami respiratora?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego o parametrach:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml, skalowana
- Igła Touhy 18G x 80 mm
- Cewnik epiduralny 0,8 mm o długości 90 cm z znacznikami głębokości oraz otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG, skalowany
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Płaski filtr epiduralny 0,2µm
- Zatrząskowy łącznik do cewnika epiduralnego
- Mocowanie cewnika
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 29, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający dopuści igły z lejkiem posiadającym „szkiełko” powiększające w celu uwidocznienia wycieku płynu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 29, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł typu Pencil Point?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 30, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przewodnicy w rozmiarach:

ROZMIAR	DLA RUREK INTUBACYJNYCH	DŁUGOŚĆ
06 Fr (2,0)	2.5-4.5 mm	255mm
10 Fr (3,3)	4.0-6.0 mm	340mm
12 Fr (4,0)	5.5-6.5 mm	340mm
14 Fr (4,7)	5.5-10.0 mm	340mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 30, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści przewodnicę pokrytą równoważnym materiałem – medycznym PCV?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 31, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czujnik dla dorosłych powyżej 40kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 31, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści czujnik nie posiadający fotodetektor z osłoną Faraday'a?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 31, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czysty czujnik?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 32, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu, światłowodowe, jednorazowe, typ McIntos; rozmiary 00- 5; Miller 00-4(wszystkie rozmiary pochodzą od jednego producenta); nieodkształcając się łyżki wykonane z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilne z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja); profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku; mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376; światłowód nieosłonięty, wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło; średnica światłowodu 5 mm; zakończenie łyżki od strony pacjenta atraumatyczne, zaokrąglone (przekrój w formie walca), pogrubione; mocowanie w rękojeści zatraskiem kulowym w postaci 3 kulek stabilizujących; długość haka do mocowania łyżki do rękojeści 8 mm; stopka mocująca do rękojeści wykonana ze stopu metalu; wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu; na opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki do 3 lat; opakowanie foliowe; na opakowaniu jednostkowym: nr

katalogowy, opis produktu w języku angielskim wraz z oznaczeniem rozmiaru, LOT, nazwa producenta; produkt bez zawartości lateksu i DEHP?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 32, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści łyżkę ze sztywnym końcem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 33, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o parametrach:

- Składa się z 2 rur - rozciągliwe, karbowane, dł. 160 cm
- Dodatkowe ramię - rozciągliwe, karbowane, dł. 100 cm
- 1 l worek bezlateksowy
- Łącznik Y z portami
- Kolanko kątowe z portem kapno
- Mikrobiologicznie czysty
- Sztywne końcówki
- Wykonany z PP i EVA
- Opakowanie foliowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 35, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową o parametrach:

- Jednorazowa maska krtaniowa z wbudowanym dostępem gastrycznym i możliwością wykonania intubacji
- Umożliwia szybkie zabezpieczenie dróg oddechowych
- Anatomiczny kształt ułatwia zakładanie i dopasowanie
- Wyróżnia się wysokim ciśnieniem uszczelnienia
- Zintegrowane usztywnienie zapobiegające przed niedrożnością spowodowaną zagryzieniem rurki
- Ze znacznikiem ułatwiającym poprawne wprowadzenie endoskopu
- Materiał nie zawiera ftalanów
- Maksymalne ciśnienie wewnątrz mankieta: 60 cm H₂O
- Złącze uniwersalne: 15 mm męskie
- Zawór do napełniania typu Luer
- Wykonana z PCV, PCTG i silikonu
- Pakowana pojedynczo
- Rozmiar: 1-6?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 35, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową o parametrach:

- Wykonana z medycznego PVC
- Przezroczysta
- Delikatny mankieta
- Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT

- Anatomiczne wygięcie ułatwiające wprowadzanie
- Rozmiar, zakres wagi i objętość mankietu oznaczone na tubusie
- Barwny kod rozmiarów
- Uniwersalny łącznik 15 mm
- Bez lateksu
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana folia/papier
- Rozmiar: 1-5?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 35, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści obwód z dodatkową rurą o dł. 120cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 35, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści obwód o dł. 183cm, z rurą do worka o dł. 120cm i trzecią rurą o dł. 50cm, złącza 22mmF, worek oddechowy 2l, złączka prosta 22M-22M, kolanko z portem luer-lock, sterylny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 37, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści martwą przestrzeń z portem o śr. 9,0mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 37, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści martwą przestrzeń o długości 15cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 39, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 12ml
- Waga: 15g
- Objętość oddechowa: 150-300ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 1,2hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści mocowanie do rurek intubacyjnych z 2 pasków mocujących do rurki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 42, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści mankiet z podglądem wyłącznie z jednej strony?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 42, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści mankiet wyposażony w kieszeń umożliwiającą włożenie worka z płynem do mankietu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 42, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania rozszerzenia dla worków powyżej pojemności 1000ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 43, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę z zaworem PCV skierowanym poziomo w części ustnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 43, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarach:

ROZMIAR	PRZEZNACZENIE	ŁĄCZNIK
0	noworodek	15mm
1	niemowlę	15mm
2	dziecko	22mm
3	dorosły S / dziecko	22mm
4	dorosły M	22mm
5	dorosły L	22mm
6	dorosły XL	22mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 43, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego zestawu do nebulizacji składający się z łącznika T, nebulizatora, ustnika i drenu tlenowego o przekroju gwiazdkowym 2,1 m. Sterylny, pakowany pojedynczo. Nebulizator o pojemności 6 ml, skalowany co 2 ml, możliwość pracy w każdej pozycji. Przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,0-2,2 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm)– 79,7% (+/-1,7%), tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10l/min dla 3ml roztworu: 7,36 min (+/-0,26 min). Pojemnik nebulizatora zakończony standardowym złączem 15M pasującym do masek i ustników?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 48, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową do wysokich stężeń tlenu z workiem i drenem do pomiaru kapno, z drenem o długości min. 1,8m, maska wykonana z medycznego PCV, z nieznaczną zawartością ftalanów, posiadająca zacisk aluminiowy w części nosowej, dla dorosłych, przedłużony mankiet, zestaw zawiera maskę, dren, worek i linię kapno, pakowana pojedynczo w op. foliowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 50, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękojeść z bateriami 2xC?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 50, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści rękojeść posiadająca 80000 lux?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 50, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści rękojeść nie pokrytą żadnym tworzywem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 50, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści rękojeść bez kartridżu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 50, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści rękojeść z datą ważności 3lata?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje, że wymaga okresu ważności na oferowany asortyment wynoszącego min. 12 miesięcy od dnia dostawy (zgodnie z zapisami w § 6 ust.10 Załącznika nr 5.1. do SWZ – Projektowane postanowienia umowy). Jeżeli Wykonawca, zadając powyższe pytanie, miał na myśli podany przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SWZ okres gwarancji (5 lat) Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na skrócenie tego okresu do 3 lat.

Pakiet nr 58, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści regulator z podwójną skalą: 5-250ml/h (10%) oraz 5-200ml/h (40%)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 58, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści regulator z drenem 50cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 58, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści regulator nie posiadający skrzydełek?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 66, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną w rozmiarach 6; 7; 8; 9; 9,5?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 67, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 67, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści obrotowy łącznik kątowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 68, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:

- Posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- Posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 5-10 ml NaCl
- Posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- Posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- Posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz średnicą oraz informacją „UP”
- Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- Posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- System wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów

- Cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim oraz łącznik martwa przestrzeń rozciągliwy do długości 135mm
- System stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- Pakowana folia/papier
- Rozmiary: Ch 10, 12, 14, 16 o dł. 60 cm – dla rurek intubacyjnych
Ch 10, 12, 14, 16 o dł. 33 cm – dla rurek tracheostomijnych

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 69, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania zestawu do pomiaru diurezy godzinowej, z uwagi na fakt, iż występuje ona w pozycji 2?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 69, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania zastawki antyzwrotnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 69, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pomiaru diurezy godzinowej o parametrach:

- Wykonany z medycznego PCV
- Worek o pojemność 2000 ml z zastawką antyzwrotną
- Dren o długości 120 cm zakończony stożkowym łącznikiem zabezpieczonym zatyczką
- Bezigłowy port do pobierania próbek moczy
- Zawór spustowy typu T z możliwością podwieszenia
- Komora pomiarowa o pojemności 500 ml
- Filtr hydrofobowy w worku i komorze
- Worek zbiorczy skalowany co 50 ml od 100 ml do 2000 ml
- Komora kropłowa skalowana co 1 ml do 50 ml oraz co 5 ml od 50 ml do 500 ml
- Uniwersalny, zintegrowany wieszak
- Bezlątkowy
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie: folia/papier ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 70, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki stolca o parametrach:

- Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm
- Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
- Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo
- Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący
- Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną
- Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka
- Sterylny
- Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, 1x strzykawkę 60ml, 2x przylepne opatrunki
- Wymienny worek pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Możliwość stosowania do 29dni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 70, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 74, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 74, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przepływ 0,6-1,2l/s?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 80, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opaskę o dł. 48,5cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 80, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opaskę o dł. 32,5cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 80, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opaskę o dł. 19cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 83, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator bez uchwytu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 83, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator pakowany w kartonik z możliwością jego postawienia przy łóżku pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 85, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści obwód o długości węża do worka o długości 1,2m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 85, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści obwód jednorazowy, składający się z 2 rur o dł. 1,8m i dodatkowej rury o dł. 1,2m, worek oddechowy o pojemności 2l, trójnik Y z 2 portami, łącznik kątowy z portem luer-lock, czas użycia do 7 dni, jeżeli wymiana filtra następuje co 24h, sterylne, pakowany w op. papier-folia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 85, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: gąbkowy
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 30mg przy 500VT
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 109, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarach Ch10-18?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 113, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści końcówkę o śr. zew. 7,51mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pakiet nr 130, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści łącznik bezigłowy o objętości wypełnienia 0,13ml, przepływie >1000ml/10min oraz o wytrzymałości na ciśnienie 200kPa?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 139, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania informacji o braku BPA na op. jednostkowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 140, pozycja 1-2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania informacji o braku BPA na op. jednostkowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 141, pozycja 1-10

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarach:

ROZMIAR	POJEMNOŚĆ BALONU
6 Fr	3 ml
8 Fr	3-5 ml
10 Fr	3-5 ml
12 Fr	5-15 ml
14 Fr	5-15 ml
16 Fr	5-15 ml
18 Fr	5-15 ml
20 Fr	5-15 ml
22 Fr	5-15 ml
24 Fr	5-15 ml

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 141, pozycja 1-10

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania informacji o dacie sterylizacji na op. jednostkowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 142, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worek do 7-dniowej zbiórki moczu o parametrach:

- Wykonany z medycznego PCV
- Worek o pojemność 2000ml z zastawką antyzwrotną
- Dren o długości 120cm zakończony stożkowym łącznikiem zabezpieczonym zatyczką
- Bezigłowy port do pobierania próbek moczu
- Skalowany linearnie co 100ml od 200ml do 2000ml; cyfrowo co 200ml (dodatkowa skala: 25, 50, 100, 150ml)
- Zawór spustowy typu T
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie: folia/papier?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 144, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane z PE, bez ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 144, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki w rozmiarach:

ROZMIAR	POJEMNOŚĆ BALONU
000	40
00	50
0	60
1	70
2	80
3	90
4	100
5	110
6	120

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 145, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu:

- 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z manualną zastawką ściętą pod kątem 45° do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z gładką gąbką na górnej powierzchni,
- 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w rozrywanej saszetce z perforacją,
- 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem,
- 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z wyciągiem z aloesu oraz rumianku;

Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania; oferowany zestaw

jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej oceną kliniczną i analizą dostępnej literatury dotyczącej skuteczności w redukcji VAP; poszczególne elementy zestawu służące do podłączenia do źródła ssania są zarejestrowane jako wyroby medyczne klasy IIa, zgodnie z ich przeznaczeniem, aplikator gąbkowy w klasie I, płyny jako kosmetyki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pakiet nr 150, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dren o dł. 23cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 153, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek o parametrach:

- Czepek z zawartością środków myjących pielęgnacyjnych przeznaczony do czyszczenia i pielęgnacji włosów i okolic dla pacjentów hospitalizowanych, obłożnie chorych oraz pacjentów specjalnej opieki takich jak pacjenci intensywnej terapii
- Nie wymaga użycia wody oraz spłukiwania
- Wykonany z dwóch warstw: włóknina spunlace i folia PE
- Rozmiar uniwersalny
- Nasączony preparatem odświeżającym i nawilżającym neutralnym pH (5,5)
- Możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 153, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek o parametrach:

- Czepek z zawartością środków myjących pielęgnacyjnych przeznaczony do czyszczenia i pielęgnacji włosów i okolic dla pacjentów hospitalizowanych, obłożnie chorych oraz pacjentów specjalnej opieki takich jak pacjenci intensywnej terapii
- Nie wymaga użycia wody oraz spłukiwania
- Wykonany z dwóch warstw: włóknina spunlace i folia PE
- Rozmiar uniwersalny
- Nasączony preparatem odświeżającym i nawilżającym neutralnym pH (5,5)
- Możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 154, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę o parametrach:

- Prostokątna myjka do bezwodnego mycia okolic intymnych u osób z nietrzymaniem moczu i / lub stolca
- Nie wymagają użycia wody oraz splukiwania
- Wykonana z miękkiej włókniny PP
- Rozmiar 20 cm x 20 cm
- Nasączona preparatem odświeżającym i nawilżającym o neutralnym pH (5,5)
- W składzie 3% dimetikon tworzący warstwę ochronną na skórze
- Możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 154, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, wymaga podania cen jednostkowych za sztukę. Zamawiający nie określa ilości sztuk w opakowaniach.

Pakiet nr 156, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator pakowany w kartonik z możliwością jego postawienia przy łóżku pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 156, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści resuscytator bez uchwytu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 156, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści resuscytator pakowany w kartonik z możliwością jego postawienia przy łóżku pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 157, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czujników dla niemowląt wadze 1-15kg oraz pediatryczny dla dzieci o wadze 15-40kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Apteka Szpitalna: Emilia Gruszczewska
Dział Zamówień Publicznych: Elżbieta Marcinkowska