



KARTA TECHNICZNA

Ośłona na głowicę USG PC1290

1. Wyrób medyczny jednorazowy, sterylny , pakowany indywidualnie , bez lateksu.
2. W rozmiarze 15 x 122 cm .
3. W komplecie z elementami mocującymi – gumki bez lateksu x 2 szt. , polem sterylnym tj. sterylne samoprzylepne taśmy mocujące osłonę głowicy USG x 2 szt. i żel sterylny o pojemności 20 ml
4. Cały zestaw owinięty sterylną niebieską serwetą o wymiarach minimum (40x40cm).
5. Pakowany pojedynczo w sterylną torebkę foliowo-papierową, z łatwym mechanizmem otwierania z zachowaniem zasad aseptyki.
6. Produkt przeznaczony do wszystkich sterylnych i niesterylnych zastosowań ultradźwiękowych , zatwierdzony do stosowania śródoperacyjnego.
7. Zestaw zapewnia zgodność z listą kontrolną WHO (standardy JCI IPSP4 i IPSP4.1)
7. Opakowanie zaopatrzone w etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, sposób użycia w języku polskim z numerem serii, numerem katalogowym, składem, datą ważności, informacją o producencie