

Znak: P-M/DZZP/ 471 / 318 /25

Data: 10.02.2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Zakup i dostawę ambulansu typu C na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak sprawy: 98/2025 w ramach realizacji projektu nr LTPL00130, pn. „Likwidacja zaniedbań w diagnostyce i leczeniu nowotworów, w szczególności poprzez wzmocnienie usług zdrowotnych na pograniczu polsko-litewskim” dofinansowanego w ramach programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równości przedział medyczny wyposażony w zamontowany w centralnej części zabudowy sufitowej (nad fotelem obrotowym) panel sterujący:

- informujący o temperaturze w przedziale medycznym,
- informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu,
- sterujący oświetleniem przedziału medycznego,
- sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego,
- zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 2

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równości 3 sztuki uchwytów do kroplówki mocowanych w suficie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 3

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równości oznakowanie ambulansu zgodne ze sposobem oznakowania jednostek Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Oznakowanie ambulansu dla zespołów ratownictwa medycznego według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego. Pas odblaskowy:

- a) pas odblaskowy z folii typu 3, barwy czerwonej umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli,
- b) pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3, barwy czerwonej umieszczony wokół dachu



c) pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3, barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 4

Proszę o podanie modelu tabletu celem dobrania prawidłowej stacji dokującej.

Odpowiedź: Tablet Zebra RTL10CI (posiadany przez Zamawiającego).

PYTANIE nr 5

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równości wysokość przedziału medycznego minimum 1,80 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 6

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równości kabinę kierowcy dwuosobową zapewniającą miejsce pracy kierowcy zgodnie z normą PN EN 1789 lub równoważne.

Fotele wyposażone w podłokietnik środkowy. Fotel kierowcy z regulacją w trzech płaszczyznach, z regulacją kąta poduszki siedzenia oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 7

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równości drzwi boczne prawe do przedziału medycznego bez stopnia wewnętrznego ze stopniem zewnętrznym automatycznie wysuwanym/chowanym przy otwieraniu/zamykaniu drzwi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 8

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równości zabudowę meblową na ścianach bocznych:

- zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego, deski pediatrycznej, szyn do unieruchamiania złamań lub zwichnięć kończyn, torby opatrunkowej, zestawów medycznych.
- półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej (3 szt.). załączyć schemat
- na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe.
- na ścianie prawej, w tylnej jej części zabudowa meblowa od podłogi do wysokości półek szafka z miejsce na jedną torbę bądź plecak.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



PYTANIE nr 9

Zabudowa meblowa na ścianie działowej:

- szafka z blatem roboczym wykończonym kompozytem, z pojemnikiem na zużyte igły, strzykawki i z szufladami (minimum 2 szt. szuflad). Jedna z szuflad podzielona przegródkami na 12 części umożliwiające przechowywanie drobnego sprzętu medycznego typu strzykawki, venflony.
- lodówka sprężarkowa w formie szuflady
- kosz na śmieci
- miejsce na plecak medyczny
- na blacie/nad blatem zabudowy zamontowany uchwyt do drukarki posiadanej przez Zamawiającego marki HP M15W LaserJet pro.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

