

Konin, 07.04.2025 r.

WSZ-EP-54/2024/205/25**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania****Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-54/2024****Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ – nr 20**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający udziela niezwłocznie wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ” oraz udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Czy zamawiający dopuści:**Pakiet 21**

Igła do biopsji przezoskrzelowej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS) dostosowana do aparatów firmy Pentax, mocowanie do aparatu nie wymagające użycia adaptera, średnica igły 22 G, igła oraz sztylet wykonane z nitinolu, regulowany zakres wysunięcia cewnika rękojeści **4,4**; średnica teflonowego cewnika 1,8 mm, długość wysunięcia igły max. 4 cm. Regulacja długości wysunięcia igły oraz cewnika bez użycia śrubek, blokowanie wysunięcia igły i cewnika odbywa się **za pomocą przycisku Push - Lock**. W opakowaniu strzykawka podciśnieniowa o pojemności 20ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.