

Konin, 07.04.2025r.

WSZ-EP-63/24/239/2025

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego/  
strona internetowa prowadzonego postępowania****Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej” (nr sprawy: WSZ-EP-63/2024).**

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Dotyczy Pakietu nr 2****Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do kraniotomii o poniższym składzie i parametrach:

- 1) serweta o wymiarze min 220 x 290 cm, posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarze 32x22cm oraz worek do przechwytywania płynów wyposażony w sito i podłączenie do drenu, laminat dwuwarstwowy 67,5 g/m<sup>2</sup>: Folia PE o gramaturze 23,5g/m<sup>2</sup> (25 mikronów) oraz włóknina 40g/ m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie płynów >242cmH<sub>2</sub>O - 1szt
- 2)serwety samoprzylepne dwuwarstwowe o wym. min 50x 50 cm - 4 szt
- 3) pokrowiec na stół Mayo 80cmx145cm z mocnej folii o grubości min 50 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o wym. min. 64 x 145 cm - 1 szt.
- 4) Taśma lepna włókninowa o wymiarach 10x50cm - 1 szt.
- 5) Ręczniki chłonne min. 40x30cm - 2szt
- 6) serwetę na stół instrumentariuszki o wymiarach 150x190 cm, służącą jako zawinięcie zestawu z warstwą chłonną o wym min 64x190cm - 1szt

Wymagania:

poz. 1) w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - 40 g/m<sup>2</sup> oraz grubości folii PE 25 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min. 25 mikronów oraz warstwa chłonna- 40 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej dodatkowa łata chłonna z laminatu 3- warstwowego 94,2 g/m<sup>2</sup>

poz. 2) laminat dwuwarstwowy : warstwa chłonna - gramatura 40 g/m<sup>2</sup> oraz folia PE - 25 mikronów, absorpcja 196ml / m<sup>2</sup>

poz. 6) warstwa chłonna - 40 g/m<sup>2</sup> , folia PE min 50 mikronów absorpcja min 196 ml/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że zestaw do kraniotomii będzie zawierał 2 szt. osłony na uchwyt lampy operacyjnej z kołnierzem. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 2 poz. 1. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Dotyczy Pakietu nr 6****Poz. 1**

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska Zamawiającego w zakresie wymagań odporności na przenikanie cieczy fartucha wzmocnionego? Norma PN EN 13795-1:2019 w tablicy nr 1 dotyczącej m. in. fartuchów chirurgicznych określa wymóg odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej na poziomie  $\geq 100 \text{ cm H}_2\text{O}$ , zatem zapis Zamawiającego, że wymaga odporności na przenikanie cieczy min. 49 czy min. 55 cm H<sub>2</sub>O nie spełnia minimalnych wymagań w/w normy.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga w strefie krytycznej odporności powyżej 100 cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w pakiecie nr 6 poz. 1 nastąpiła omyłka pisarska w zakresie wymagań odporności na przenikanie cieczy fartucha wzmocnionego. Zamawiający wymaga odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej na poziomie  $\geq 100 \text{ cm H}_2\text{O}$ .

**W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 6 poz. 1.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Dotyczy Pakietu nr 6****Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego, pełno ochronnego fartucha chirurgicznego z tą różnicą, że wykonany jest z włókniny 5-warstwowej SSMMMS, posiada kolor zielony a odporność na wypychanie na sucho/ mokro wynosi odpowiednio: 105/ 81,4 kPa?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

**Dotyczy Pakietu nr 7****Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego, pełno ochronnego fartucha chirurgicznego zgodnego z pierwszym zapisem OPZ Zamawiającego z tą różnicą, że wykonany jest z włókniny 6-warstwowej typu SSMMMS, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

**Dotyczy Pakietu nr 8****Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego, pełno ochronnego fartucha chirurgicznego zgodnego z pierwszym zapisem OPZ Zamawiającego z tą różnicą, że wykonany jest z włókniny 6-warstwowej typu SSMMMS o gramaturze 35g/2 (nieprzemakalność w strefie krytycznej min 31cmH<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa, wytrzymałość na rozciąganie min.(sucho/mokro) 77/80 N ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

**Dotyczy Pakietu nr 9****Poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej, bezlateksowej, jednorazowej osłony na sondę do USG zgodnej z OPZ Zamawiającego z tą różnicą, że osłona ma wymiar 15 x 122cm (+/- 1cm)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

**Dotyczy Pakietu nr 10****Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego zestawu uniwersalnego wzmocnionego o poniższym składzie i parametrach:

- a) serweta górna o wym. serwety 240x150cm - ekran anestezjologiczny z taśmą samoprzylepną, posiadająca dodatkową wstawkę wysoko chłonną w strefie krytycznej o gramaturze min 90g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej, gramatura całkowita powyżej 160 g/ m<sup>2</sup> - 1szt.
- b) serwety boczne z taśmą samoprzylepną, posiadające dodatkową wstawkę wysoko chłonną o gramaturze min 90g/m<sup>2</sup> w strefach krytycznych, całkowity wym. serwety 90x75cm - 2szt.
- c) serweta dolna o wym. 175 cm x 180 cm z taśmą samoprzylepną posiadającą dodatkową wstawkę wysoko chłonną o gramaturze min 90g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej - 1szt.
- d) osłona na stół Mayo rozm. 80 cm x 145 cm z warstwą chłonną 64 cm x 145 cm, - 1szt.
- e) taśma przylepna 10 cm x 50 cm - 1szt.
- f) ręcznik chłonny celulozowy 43x30cm (+/- 3 cm) -2 szt.
- g) serwetę na stół instrumentariuszki o wymiarach 150x190 cm, służącą jako zawinięcie zestawu z warstwą chłonna o wym. min 64x190cm - 1szt

Parametry techniczne zestawu:

- gramatura całkowita 161,5 g/m<sup>2</sup>
- serwety obłożenia pacjenta wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 67,5 g/m<sup>2</sup> na całej powierzchni oraz dodatkowej warstwy chłonnej od strony pacjenta o gramaturze min. 94 g/m<sup>2</sup>.
- odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 289/136 kPa w strefie krytycznej
- odporność na przenikanie płynu min. 500 cmH<sub>2</sub>O w strefie krytycznej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 10 poz. 1.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Dotyczy Pakietu nr 11****Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, równoważnego z drugim zapisem OPZ Zamawiającego, zestawu do zabiegów ginekologicznych dolnych o następującym składzie i parametrach:

- a) serweta o wymiarach 180x250 x 200cm, zintegrowana z nogawicami, w części kroczonej serweta posiada samoprzylepne okno o wymiarach 9 x 13 cm oraz zintegrowaną torbę do zbiórki płynów wyposażoną w sito i zawór
- b) osłona na stół Mayo 80 x 145 cm wykonana z folii polietylenowej o grubości 50 µm wzmocniona włókniną polipropylenową o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>, całkowita gramatura w obszarze wzmocnionym 89 g/m<sup>2</sup>. Wielkość obszaru wzmocnienia 64x145 cm - 1 szt.
- c) uchwyt/organizer typu rzep samoprzylepny o wym. 2 x 25 cm - 1 szt.
- d) ręcznik chłonny celulozowy o wymiarach min. 30 x 40 cm - 2 szt.
- e) całość owinięta w serwetę 150 x 190cm, która może służyć jako przykrycie stołu do narzędzi, wykonana z folii polietylenowej o grubości 50 µm wzmocniona włókniną polipropylenową o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>, całkowita gramatura w obszarze wzmocnionym 93 g/m<sup>2</sup>. Wielkość obszaru wzmocnienia 64x190 cm

Serweta obłożenie pacjenta wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE o całkowitej gramaturze 67,5 g/m<sup>2</sup> spełniającego wymagania wysokiej strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-1:2019. Odporność na przenikanie wody min. 240 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 120/152 kPa?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**Dotyczy Pakietu nr 12****Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na aparaturę typu beret o średnicy ok. 100 cm zgodnej z OPZ Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza osłonę na aparaturę o średnicy ok. 100 cm.**

**Zamawiający nie wyraża zgody na osłonę na aparaturę typu beret, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 12 poz. 1.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Dotyczy Pakietu nr 12****Poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kamerę zgodnej z OPZ Zamawiającego z tą różnicą, że wykonana jest ona z mocnej folii polietylenowej o gramaturze 35 mikronów?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**Dotyczy Pakietu nr 12****Poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na aparaturę zgodnej z OPZ Zamawiającego z tą różnicą, że wykonana jest ona z mocnej folii polietylenowej o grubości 41 mikronów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza osłonę na aparaturę o grubości 41 mikronów.**

**Zamawiający w pozostałym zakresie nie wyraża zgody i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 12 poz. 5.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Dotyczy Pakietu nr 15****Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy lepnej 10x50 cm z włókniny poliestrowej pokrytej hypoalergicznym klejem posiadającej po obu stronach 2 centymetrowe tzw. fingerlifty bez kleju?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 15 poz. 1.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Dotyczy Pakietu nr 15****Poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 67,5 g/m<sup>2</sup> (+/- 0,5 g/m<sup>2</sup>) o odporności na przenikanie cieczy powyżej 242 cm H<sub>2</sub>O oraz wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro min. 120/150 kPa?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 15 poz. 2.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Dotyczy Pakietu nr 15**

**Poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nogawic ginekologicznych 75x120 cm pakowanych po 2 szt. zbudowanych z laminatu dwuwarstwowego o grama. powyżej 67 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry pozostawia zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 15 poz. 3.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Dotyczy Pakietu nr 49**

**Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej fartucha urologicznego w rozmiarze **XL**, który wykonany jest od klatki piersiowej w dół z miękkiej, mocnej folii polietylenowej 47 g/m<sup>2</sup>; tylna oraz przednia część w obszarze klatki piersiowej fartucha i rękawy wykonane zostały z sześciowarstwowej włókniny polipropylenowej SSMMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Włóknina odporna na działanie alkoholu. W rękawach dodatkowo oddychające wzmocnienie z dwuwarstwowego laminatu z polietylenu i polipropyleny 38 g/m<sup>2</sup>, mocowane na całym obwodzie. Szwy fartucha wykonane zostały metodą ultradźwiękową, opatentowaną typu „zig-zag”. Mankiety fartucha wykonane zostały z włókniny w 100% poliestrowej posiadającej certyfikat antyalergicznego OEKO-Standard® 100. Obszerne i szeroki krój umożliwia zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem (2 kontrafałdy) i zapewnia użytkownikowi większą swobodę ruchów w pozycji siedzącej? Dostępny dodatkowo również w rozmiarze L i XXL.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 49 poz. 1.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Dotyczy Pakietu nr 58**

**Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetki chłonnej dla noworodków w rozmiarze 75x90cm wykonanej z włókniny typu Spunlace 80g/m<sup>2</sup>, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 58 poz. 1.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.