

Konin, 07.04.2025r.

WSZ-EP-63/24/249/2025

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania****Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej” (nr sprawy: WSZ-EP-63/2024).

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Zapytanie Nr 1 - dotyczy pakietu 40:

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie bardzo zbliżonym do wymaganego:

1. 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, wzmocnienie na całej powierzchni
2. 1 fartuch chirurgiczny L
3. 1 osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego-włóknina polipropylenowa, gramatura w obszarze wzmocnionym min. 83 g/m²
4. 2 fartuchy chirurgiczne XL
5. 1 pętla naczyniowa Maxi, żółta, 40,6 cm
6. 1 jednorazowe ostrze do skalpela nr 18
7. 2 osłony foliowe na uchwyt lampy operacyjnej
8. 1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 x 49 cm
9. 1 elektroda czynna monopolarna z końcówką nożową, długość kabla 3,2m
- 10.1 opatrunek na ranę pooperacyjną 10 x 20 cm
- 11.20 kompresy gazowe z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 12W 17N
- 12.10 kompresy gazowe z nitką RTG 10 x 10 cm, 12W 17N
- 13.10tupfery z nitką RTG zbite/preparacyjne rozm. 4
- 14.1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm 2-warstwowa
- 15.2 serwety samoprzylepne 75 x 90 cm 2-warstwowa
- 16.1 serweta przylepna 2-warstwowa 175 x 175 cm

Fartuch wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m², nieprzemakalność 60 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 149/130 kPa.

Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina o gramaturze 23g/m² oraz folia PE 40 mikronów). Odporność na przenikanie płynów 127 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zapytanie Nr 2 - dotyczy pakietu 43:

Czy Zamawiający dopuści zestaw w którym:

Poz. 1 Osłona na stół instrumentalny 150x190cm będzie posiadała wzmocnienie na całej powierzchni serwety?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz. 6 Fartuch endoskopowy jest wykonany z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 68g/m² i dodatkowo posiada wzmocnienie na rękawach o gramaturze 55g/m²? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.