

Konin, 07.04.2025 r.

WSZ-EP-54/2024/214/25**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania****Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-54/2024****Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ – nr 29**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający udziela niezwłocznie wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ” oraz udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Pytanie 1**Zadanie nr.88**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie:

Zestawu do szynowania wewnętrznego moczowodów zawierający: cewnik „double pigtail” wykonany z poliuretanu w rozmiarze 4,8F i 6F, długości 26 cm, 28 cm, 30cm (do wyboru przez Zamawiającego) otwarty-zamknięty, średnica pętli 2 cm, popychacz sztywny o dł. 41cm, przewód pokryty teflonem o średnicy 0,032”-0,035”, dł. przewodu 110 cm, z miękką prostą końcówką oraz zaciskami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 2**Zadanie nr.114**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie cewników do embolektomii sterylizowanych tlenkiem etylenu, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.