

Odpowiedź na Zapytanie 4

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 819 / 600 /25

Data: 10.03.2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Zakup i dostawę ambulansu typu C na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak sprawy: 711/2025 w ramach realizacji projektu nr LTPL00130, pn. „Likwidacja zaniedbań w diagnostyce i leczeniu nowotworów, w szczególności poprzez wzmocnienie usług zdrowotnych na pograniczu polsko-litewskim” dofinansowanego w ramach programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1**Dotyczy: XVI Wyposażenie medyczne - nosze główne zestaw**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu transportowego poniższych parametrach :

1. Prosimy o dopuszczenie noszy o poniższych parametrach:

Nosze główne rozłączne
Wykonane z materiału odpornego na korozję
Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha.
Przystosowane do prowadzenia reanimacji.
Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni.
Rama noszy pod głowę pacjenta umożliwiającą odgięcie głowy do tyłu, klatki piersiowej i ułożenie na wznak.
Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy.
Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące
Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy.
Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy.
Składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi.
Waga noszy zgodna z wymogami normy PN EN 1865
Trwałe oznakowanie elementów związanych z obsługą noszy
Transporter noszy głównych
Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę
Szybki i łatwy system połączenia z noszami
Regulacja wysokości w 7 poziomach
Możliwości zapięcia noszy głową lub nogami w kierunku jazdy



Odbojniki na goleniach
Wyposażony w 4 kółka obrotowe w zakresie o 360 stopni, 2 kółka wyposażone w hamulce
Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera.
Wszystkie kółka jezdne skrętne, o średnicy 200mm i szerokości 50mm umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez jedną osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. Kółka mają umożliwiać jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi (na otwartych przestrzeniach)
Blokada kółek do jazdy na wprost uruchamiana przez operatora w momencie w którym jest to wymagane i potrzebne, uniemożliwiająca przypadkowe zablokowanie do jazdy na wprost
Waga transportera zgodna z wymogami aktualnej normy PN EN 1865
Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789 +A2:2015
Wykonany z materiału odpornego na korozję.
Trwałe oznakowanie elementów związanych z obsługą noszy.
Deklaracje zgodności zgodne z aktualną normą PN EN 1789+A2:2015 oraz PN EN 1865:1+A1 2015

Pozytywne odpowiedzi na pytania Wykonawcy pozwolą na złożenie oferty więcej niż jednego wykonawcy, co pozwoli uzyskać konkurencyjną cenę zakupu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 2

2. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje, aby dostarczone nosze wyposażone były w cztery skrętne kółka o 360 stopni o średnicy przynajmniej 170 mm, dzięki czemu łatwiejszy będzie transport pacjenta na nierównym podłożu oraz w grząskim terenie?

Odpowiedź: Zamawiający sprecyzował wymagania dotyczące ambulansu oraz jego podstawowego wyposażenia tj. zestawu noszy, w Załączniku nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Jednakże Zamawiający dopuszcza zaoferowanie noszy wyposażonych w cztery skrętne kółka o 360 stopni o średnicy przynajmniej 170 mm.

PYTANIE nr 3

3. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy wymaga aby system transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera był zgodny w pełni z wymogami aktualnych zharmonizowanych norm **PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789:2021**, poświadczony odpowiednim dokumentami tj. certyfikatem zgodności wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 2017/745?

Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane, przynajmniej w zakresie minimalnym, który określa Norma i dotyczy to w szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w sposób normatywny, co oznacza, że ich zastosowanie jest wymagane. **Stosuje się najnowszą, aktualną wersję Norm**, dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego. W związku z tym tylko **niezależna jednostka notyfikująca może potwierdzić, że nosze reanimacyjne spełniają wymagania norm PN EN 1789 i PN EN 1865.**

Brak dokumentów jednoznacznie potwierdzających zgodność noszy z normami zharmonizowanymi stanowić może przeszkodę w uzyskaniu finansowania z NFZ, winno być zatem szczegółowo przez Zamawiającego weryfikowane.

Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że w przypadku np. zdarzenia drogowego z udziałem ambulansu w skład, którego będą wchodzić urządzenia niezgodne z aktualnymi zharmonizowanymi normami (stan na dzień zarejestrowania ambulansu jako pojazdu specjalnego) ambulans taki nie jest traktowany jako pojazd zgodny z normą PN EN 1789, traci status pojazdu specjalnego co może nieść za sobą konsekwencje finansowe i prawne.



Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian i informuje, że w Załączniku nr 4 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia w Rozdziale XVI Wyposażenie medyczne pkt 1 „Nosze główne zestaw” [...] znajdują się wymogi dotyczące zgodności niniejszego asortymentu z normami PN EN 1865 lub równoważne oraz PN EN 1789 lub równoważne.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

