

L.dz. DZP / 242 / 52 / 2025

Dotyczy: postępowania nr PN-8/25 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie Zakładu Medycyny Nuklearnej.

ZAMAWIAJĄCY – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie informuje o dokonaniu poprawy oczywistej omyłki pisarskiej w Załączniku nr 3 do SWZ, INFORMACJE OGÓLNE PET/CT, pkt C, ppkt 18, 20, 21. **Zmiana oznaczona jest na kolor czerwony.**

18	rozdzielczość przestrzenna po rekonstrukcji (osiowa) FWHM @ 1 cm (wg NEMA NU2-2018) < 4 mm [mm]	TAK, proszę podać	> 2.0 mm - 0 pkt ≤ 2.0 mm - 5 pkt
20	rozdzielczość przestrzenna po rekonstrukcji (poprzeczna) FWHM @ 1 cm (wg NEMA NU2-2018) < 4 mm [mm]	TAK, proszę podać	> 2.5 mm - 0 pkt ≤ 2.5 mm - 5 pkt
21	rozdzielczość przestrzenna po rekonstrukcji (poprzeczna) FWHM @ 10 cm (wg NEMA NU2-2018) < 4 mm [mm]	TAK, proszę podać	> 2.5 mm - 0 pkt ≤ 2.5 mm - 5 pkt

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie: Marta Krysiak, nr tel. 91 42 51 431.

**Adrian Sikorski – Dyrektor
Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii**