

Poznań, dnia 20.02.2025

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych i materiałów jednorazowych, materiałów opatrunkowych, opatrunków, materiałów stomatologicznych, pasków do glukometrów iXell, substancji recepturowych, rękawiczek nitrylowych, środków do dezynfekcji skóry, środków do dezynfekcji powierzchni oraz chusteczek dezynfekcyjnych do Aresztu Śledczego w Poznaniu

znak sprawy: Ds.3/2025

W dniu 19.02.2025 do Aresztu Śledczego w Poznaniu wpłynęły pytania:

1. Zamawiający określa w Pakiecie 5 system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając nazwę własną glukometru będącą zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do pasków testowych tego samego producenta (ze względu na chronione prawem patentowym zabezpieczenia konstrukcyjne sprawiające, że z glukometrem danego producenta kompatybilne są wyłącznie paski tego samego producenta) tym samym narażając Zamawiającego na wysoką cenę oferty. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałby możliwość obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem nieodpłatnych, kompatybilnych z nimi glukometrów)?

Chcielibyśmy uprzedzić odpowiedzi na ewentualne pytania, które Zamawiający postawi przed sobą, zastanawiając się na odpowiedzią:

A. „zamawiający posiada i użytkuje w pełni sprawne glukometry i nie widzi potrzeby ich zmiany na nowy sprzęt”

Zmiana urządzenia pozwoli na obniżenie ceny i zmniejszy wydatki przeznaczone na zakup pasków do pomiaru stężenia glukozy we krwi. Dopuszczenie większej ilości konkurentów skutkuje rozsądnym ustaleniem ceny i obniżeniem kosztów w danym zakresie. Zamawiający w większości przypadków otrzymuje wymaganą ilość glukometrów bezpłatnie. Dodatkowo na rynku często pojawiają się nowe modele, które znacząco mogą wpłynąć na komfort pracy personelu.

B. „wymiana glukometrów na nowe nie jest celowa ani ekonomiczna, wiążąc się z dodatkowymi kosztami i angażowaniem personelu w szkolenia”

Dostarczanie nowych glukometrów odbywać się będzie całkowicie bezpłatnie na koszt Wykonawcy. W kwestii ekonomicznej jest to zyskiem dla Zamawiającego, który uzyska korzystniejszą cenę w danym obszarze zamówienia. Glukometr posiada intuicyjną obsługę polegającą na wsunięciu paska testowego, wprowadzeniu testowanej próbki krwi i odczekaniu czasu aż pojawi się wynik. Obsługa glukometru jest faktycznie

uproszczona w takim stopniu, aby mógł posługiwać się nim każdy użytkownik nieprofesjonalny.

C. „zamawiający nie przewiduje wymiany glukometrów na nowe ze względów ekonomicznych, ponadto wymiana się w pełni sprawnego sprzętu generuje produkcję elektroodpadów”

Dostarczanie nowych glukometrów odbywać się będzie całkowicie bezpłatnie na koszt Wykonawcy, więc nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego. Często nieużywane już glukometry można zwrócić do wykonawcy, który odpowiednio jest zutylizuje.

W związku z powyższymi sugestiami proponujemy nasze rozwiązanie w postaci pasków testowych charakteryzujących się wymienionymi parametrami:

Propozycja 1: enzym oksydaza glukozy GOD, zakres pomiarowy 20-600mg/dl, hematokryt 10-70%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, stabilność pasków 12 miesięcy po pierwszym otwarciu fiolki, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Propozycja 2: enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, możliwość pomiaru we krwi kapilarnej, żylniej i noworodkowej, zakres pomiaru 9-600mg/dl, hematokryt 0-70%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,6ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, stabilność pasków 6 miesięcy po pierwszym otwarciu fiolki, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pasków o parametrach: enzym oksydaza glukozy GOD, zakres pomiarowy 20-600mg/dl, hematokryt 30-55% lub szerszy, czas pomiaru 7 sekund lub krótszy, wielkość próbki krwi 0,7ul lub mniejsza, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015.

W przypadku zaproponowania innych pasków niż paski iXell wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kompatybilnych urządzeń w ilości około 250 sztuk na początku trwania umowy w celu wymiany urządzeń. Ponadto zobowiązuje się do stałego systematycznego dostarczania glukometrów w czasie trwania umowy.

Zamawiający wyraża zgodę na propozycję 1 pod warunkiem dostarczenia kompatybilnych glukometrów na początku umowy i kolejnych dostaw podczas trwania umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję 2.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na sukcesywne dostawy wyrobów medycznych i materiałów jednorazowych, materiałów opatrunkowych, opatrunków, materiałów stomatologicznych, pasków do glukometrów iXell, substancji recepturowych, rękawiczek nitrylowych, środków do dezynfekcji skóry, środków do dezynfekcji powierzchni oraz chusteczek dezynfekcyjnych do Aresztu Śledczego w Poznaniu.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Aresztu Śledczego w Poznaniu
mjr mgr inż. Mariusz Przybył