

Odpowiedź na Zapytanie 1

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 468 / 315 /25

Data: 10.02.2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Zakup i dostawę ambulansu typu C na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak sprawy: 98/2025 w ramach realizacji projektu nr LTPL00130, pn. „Likwidacja zaniedbań w diagnostyce i leczeniu nowotworów, w szczególności poprzez wzmocnienie usług zdrowotnych na pograniczu polsko-litewskim” dofinansowanego w ramach programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans, w którym kaski są montowane wewnątrz przedziału medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans nie wyposażony w centralną instalację próżniową?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w inwerter prądu przetwornicę o mocy 1200W?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez sygnałów niskotonowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w dwie duże szafki podwieszane na prawej ścianie zamiast trzech mniejszych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



PYTANIE nr 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony na ścianie prawej, w tylnej jej części zabudowa meblowa od podłogi do wysokości półek szafka z lodówką elektryczną ze schowkiem oraz miejsce na jedną torbę bądź plecak?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w zamontowany na lewej ścianie (przy fotelu obrotowym) panel sterujący:

- informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu
- z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data)
- informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu
- sterujący oświetleniem przedziału medycznego
- sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego
- zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

