

OR.DZP.270.18.2025

Otwock, 23.04.2025 r.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ**Nr sprawy: 18/P/2025**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn.: „Dostawa urządzeń chłodniczych- 3 części”

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, działając na podstawie art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na który udzielono następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

1. W części 2 Zamawiający opisał wymagania: "wymiary wewnętrzne chłodziarki - (mm): wysokość: min. 2 000, max. 2 250". Prawdopodobnie jest to błąd, że Zamawiający oczekuje wysokości wewnętrznej: 200 cm - 225 cm? Wygląda na to, że Zamawiającemu chodziło o wymiar zewnętrzny. Jeśli nie jest to błąd, to wymiar zewnętrzny chłodziarki może przekroczyć 250 cm, co jest niespotykane (takie urządzenia nie są produkowane). Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje wymiaru wewnętrznego komory min. 2 000 mm.

Pytanie nr 2

czy w cz. 3 Zamawiający dopuści wymiar wewnętrznej szerokości: 480 mm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 3

czy w cz. 3 Zamawiający dopuści odszranianie manualne? Z uwagi na konieczność utrzymania maksymalnej stabilności i jednorodności temperatury w komorze nie stosuje się odszraniania automatycznego.

Odpowiedź Zamawiającego

Wymagane odszranianie automatyczne

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający akceptuje czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki/awarii 48 godzin od powiadomienia e-mailowego lub telefonicznego.- dot części 1

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy w zał A3 _Opis przedmiotu zamówienia

Wszystkie pytania oraz udzielone odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Ośrodek Radioizotopów POLATOM
DYREKTOR

.....
mgr inż. Tomasz Dziel

Kierownik Zamawiającego