

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/7/2025
	Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku, obłożeń, plastrów, opatrunków oraz siatek przepuklinowych- uzupełnienie vol 4	

Elbląg, dnia 06.05.2025r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku, obłożeń, plastrów, opatrunków oraz siatek przepuklinowych- uzupełnienie vol 4, Nr sprawy ZP/7/2025.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły pytania od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp o poniższej treści:

Pytanie 1 – dot. pakietu nr 6 poz. 2

Czy w Pakiecie nr 6, poz. 2 nie zaszła pomyłka i czy Zamawiający nie wymaga w tej pozycji filtra mechanicznego z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci?

Zamawiający wymaga filtra o dużej wadze 47 g (+/- 2 g) i dużej przestrzeni martwej przestrzeń martwa 90 ml (+/- 4 ml) – , tym charakteryzują się właśnie filtry mechaniczne.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 2 – dot. pakietu nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6, poz. 2 dopuści filtr mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci?

Zamawiający wymaga filtra o dużej wadze 47 g (+/- 2 g) i dużej przestrzeni martwej przestrzeń martwa 90 ml (+/- 4 ml) – tym charakteryzują się właśnie filtry mechaniczne.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 3 – dot. pakietu nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6, poz. 2 dopuści filtr o wadze 28g i martwej przestrzeni (przestrzeń bezużyteczna) mniejszej, korzystniejszej 18ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 4 – dot. pakietu nr 6 poz. 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6, poz. 4 dopuści filtr pediatryczny o niższej wadze tj. 15g, pozostałe parametry zgodnie z swz? Niska waga filtra pediatrycznego jest cechą pożądaną filtra, korzystna dla pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5 – dot. pakietu nr 6 poz. 6

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6, poz. 6 dopuści filtr o mniejszej, korzystniejszej przestrzeni martwej 33ml (przestrzeń martwa jest tzw. przestrzenią bezużyteczną filtra, im mniejsza, tym korzystniejsza)? W przypadku niedopuszczenia prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6 – dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 5 zestaw do nebulizacji z ustnikiem oraz wielokanałowym („gwiazdkowym”) drenem o długości 1,8 m, który – dzięki swojej budowie – gwarantuje stabilny przepływ tlenu nawet w przypadku zagięcia cewnika, a jednocześnie spełnia pozostałe kluczowe parametry, takie jak wysoki odsetek (74%) cząsteczek aerozolu o średnicy poniżej 5 µm przy przepływie 8 L/min oraz średnią średnicę aerodynamiczną (MMD) 3,1 µm, co zapewnia skuteczne i bezpieczne dostarczanie leków wziewnych do dróg oddechowych pacjenta? Zastosowanie nowoczesnego nebulizatora z ustnikiem pozwala na precyzyjną deponację leków w tchawicy i oskrzelach, co jest kluczowe w terapii chorób układu oddechowego. Stożkowa podstawa nebulizatora minimalizuje straty leku, pozwalając na optymalny i bardziej efektywny proces nebulizacji. Jednocześnie parametry aerodynamiczne (MMD 3,1 µm i 74% cząsteczek poniżej 5 µm przy przepływie 8 L/min) wspierają właściwe rozproszenie cząsteczek, a tym samym wyższą skuteczność terapeutyczną. Dren gwiazdkowy, o długości (1,8 m), dzięki swojej wielokanałowej konstrukcji zapewnia ciągłość przepływu gazu nośnikowego nawet przy przypadkowym zagięciu, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo pacjenta oraz komfort pracy personelu medycznego. Wszystkie te cechy gwarantują pełną równowagę wobec wymagań opisanych w specyfikacji i stanowią korzystne rozwiązanie w codziennej praktyce klinicznej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 7 – dot. pakietu nr 13 poz. 1

Poz. nr 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niesterylnej osłony na szyję i kark rozmiarze 45cm x 55cm, wycięcie 17cm, wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze

w
44 g/m²?

Pozostałe parametry osłony zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/7/2025
	Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku, obłożeń, plastrów, opatrunków oraz siatek przepuklinowych- uzupełnienie vol 4	

Pytanie 8 – dot. pakietu nr 17 poz. 11

Poz. nr 11 czy nastąpiła pomyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia?

Zamawiający wymaga w tej pozycji opatrunku pochłaniającego wysięk z rany całą powierzchnią, w związku z tym opatrunek taki nie jest pokryty z jednej strony paskami silikonu (jak wskazano w opisie).

Odpowiedź: Nastąpiła omyłka pisarska, opatrunek ma posiadać dwie identyczne strony, bez silikonu, w celu pokrycia całej powierzchni rany.

Pytanie 9 – dot. pakietu nr 17 poz. 13

Poz. nr 13 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek elastycznych spełniających wymagania SWZ, jednakże o rozciągliwości ok. 135%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 – dot. pakietu nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dren Redona wykonany z PCV o długości 70cm, widoczny w RTG, z krzyżową perforacją o długości 14cm, otwory o stałej średnicy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 11 – dot. pakietu nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z końcówką ortopedyczną składający się z końcówki ssącej z filtrem, dodatkowego filtra oraz drenu łączącego? Końcówka wyposażona w filtr z perforacją krzyżową służącą do zbiórki odłamków kostnych itp., końcówka całkowicie transparentna z pojedynczym załamaniem krzywizny, rozmiar CH 25 (5,7mm/8,10mm) długość 23cm, posiada 2 otwory boczne zapobiegające przyssaniu się końcówki do tkanek, wymiar filtra 16mm/19mm długość 12,3cm. Dren CH 30 o długości 250cm. Opakowanie jednostkowe podwójne folia-papier/folia-papier?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ


Pytanie 12 – dot. pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści osłonę wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 13 – dot. pakietu nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na szyję o poniższych parametrach:



PARAMETR	WYMIAR [CM]
A	28
B	46
C	13
D	20
E	7

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 14 – dot. pakietu nr 5 poz. 1

Czy zamawiający dopuści nebulizator z łącznikiem karbowanym i ustnikiem o parametrach:

- Wykonany z medycznego PVC
- Wyposażony w dren o długości 210cm zakończony uniwersalnym łącznikiem
- Dren o przekroju gwiazdkowym odporny na zagięcia
- Obrotowy łącznik umożliwiający dopasowanie do pozycji pacjenta
- Nebulizator o pojemności 6ml, skalowany co 1ml (numerycznie co 2ml)
- Wyposażony w anatomiczny ustnik oraz karbowaną rurkę
- Możliwość podłączenia do obwodu oddechowego
- Dostępne w wersji bez DEHP
- Jednorazowego użytku
- Pakowane pojedynczo
- Sterylnie

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/7/2025
	Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku, obłożeń, plastrów, opatrunków oraz siatek przepuklinowych- uzupełnienie vol 4	

- Frakcja respirabilna (cząsteczki <5 um) - 79.7% (+/-1.7%)
- Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7.36 min. (+/- 0.26min.)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 15 – dot. pakietu nr 6 poz. 1

Czy zamawiający dopuści filtr mechaniczny o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: gąbkowy
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 30mg przy 500VT
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 16 – dot. pakietu nr 6 poz. 2

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy dla dorosłych o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 17 – dot. pakietu nr 6 poz. 3

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy dla dorosłych o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 18 – dot. pakietu nr 6 poz. 4

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny dla noworodków i niemowląt z nawilżaniem i portem kapno o parametrach:

- efektywność filtracji - 99,999%
- zatrzymywanie wilgoci - 31g/m3
- przestrzeń martwa 8ml
- minimalna objętość oddechowa - 35ml

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/7/2025
	Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku, obłożeń, plastrów, opatrunków oraz siatek przepuklinowych- uzupełnienie vol 4	

- waga 9 gram
 - mikrobiologicznie czysty
- Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 19 – dot. pakietu nr 6 poz. 5

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny dla noworodków i niemowląt z nawilżaniem i portem kapno o parametrach:

- efektywność filtracji - 99,999%
- zatrzymywanie wilgoci - 31g/m3
- przestrzeń martwa 8ml
- minimalna objętość oddechowa - 35ml
- waga 9 gram
- mikrobiologicznie czysty

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 20 – dot. pakietu 6 poz. 6

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przestrzeń martwa: 35ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 21 – dot. pakietu nr 6 poz. 7

Czy zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci do rurki tracheostomijnej o parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 22 – dot. pakietu nr 9 poz. 2

Czy zamawiający dopuści niezmienną średnicę otworów drenujących?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 23 – dot. pakietu nr 9 poz. 3

Czy zamawiający dopuści ortopedyczny zestaw do odsysania pola martwego o parametrach:

- Dodatkowy filtr perforowany
- Uchwyt rozbudowany z filtrem; średnica wejścia ok. 9/11 mm; długość ok. 21 cm; filtr perforowany o średnicy ok. 16,5/19 mm
- Końcówka ssąca długa zakrzywiona o średnicy ok. 5/7 mm i długości ok. 23 cm
- Końcówka ssąca krótka zakrzywiona o średnicy ok. 5/7 mm i długości ok. 15 cm
- Końcówka ssąca prosta o średnicy ok. 5/7 mm i długości ok. 28 cm
- Dren z końcówką lejek – cut-to-fit o średnicy 5/8 mm i długości 200 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 24 – dot. pakietu nr 15 poz. 1

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/7/2025
	Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku, obłożeń, plastrów, opatrunków oraz siatek przepuklinowych- uzupełnienie vol 4	

Czy zamawiający dopuści prześcieradło 28g/m² w rozmiarze 80x210 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 25 – dot. pakietu nr 15 poz. 2

Czy zamawiający dopuści koc w kolorze niebiesko granatowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 26 – dot. pakietu nr 15 poz. 2

Czy zamawiający dopuści koc o wymiarach 110 x 210 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 27 – dot. pakietu nr 15 poz. 2

Czy zamawiający dopuści koc z możliwością podgrzania po wyjęciu z opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 28 – dot. pakietu nr 15 poz. 2

Czy zamawiający dopuści koc będący wyrobem medycznym klasy I, wobec czego posiadający Deklarację zgodności zgodną z MDR?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 29 – dot. pakietu nr 15, poz. 3

Czy zamawiający dopuści koc w kolorze niebiesko granatowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 30 – dot. pakietu nr 15, poz. 3

Czy zamawiający dopuści koc o wadze 380-400 g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 31 – dot. pakiet nr 15, pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści koc z możliwością podgrzania po wyjęciu z opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 32 – dot. pakietu nr 15, poz. 3

Czy zamawiający dopuści koc będący wyrobem medycznym klasy I, wobec czego posiadający Deklarację zgodności zgodną z MDR?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 33 – dot. pakietu nr 15 poz. 4

Czy zamawiający dopuści prześcieradło 28g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 34 – dot. pakietu nr 15 poz. 4

Czy zamawiający dopuści prześcieradło będące wyrobem medycznym klasy I, wobec czego posiadające Deklarację zgodności zgodną z MDR?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 35 – dot. pakietu nr 15 poz. 5

Czy zamawiający dopuści kołdrę wykonaną w części wierzchniej i spodniej z polipropylenu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 36 – dot. pakietu nr 15 poz. 5

Czy zamawiający dopuści kołdrę o wymiarach 110 x 210 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 37 – dot. pakietu nr 15 poz. 5

Czy zamawiający dopuści kołdrę o wymiarach 120 x 220 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 38 – dot. pakietu nr 15 poz. 5

Czy zamawiający dopuści kołdrę będącą wyrobem medycznym klasy I, wobec czego posiadającą Deklarację zgodności zgodną z MDR?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/7/2025
	Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku, obłożeń, plastrów, opatrunków oraz siatek przepuklinowych- uzupełnienie vol 4	

Pytanie 39 – dot. pakietu nr 15 poz. 6

Czy zamawiający dopuści podkład chłonny o parametrach:

- wkład chłonny pikowany z dodatkiem superabsorbentu SAP
- złożony z 5 warstw: biała włóknina (18g/m²), dwuwarstwowa, oddychająca, 100% celuloza (13g/m²), pulpa celulozowa (84g/szt.), superabsorbent SAP (30g/szt.), antypoślizgowa folia PE w kolorze niebieskim (37g/m²)
- waga całkowita 265g
- kolor: wkład chłonny - biały, laminat - niebieski
- rozmiar 100 cm x 225 cm (wkład chłonny 50 x 190cm)
- jednorazowego użytku
- udźwig 150 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 40 – dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przysyłanie faktur w wersji elektronicznej w formacie PDF na podany przez siebie adres poczty elektronicznej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 41 – dot. pakietu nr 14

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka z warstwą pochłaniającą pot zamiast wywinięcia; o wymiarach: głębokość 13 cm; denko o wymiarze 21 cm x ok. 13 cm; długość otoku – 60 cm (+/- 2cm); posiadający warstwę pochłaniającą pot w przedniej części około 33 cm (+/- 2 cm), szerokość 4,5 cm, gramatura warstwy pochłaniającej pot 50 g/m² ; wykonana z włókniny typu SPUNLACE?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 42 – dot. pakietu nr 14

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43 – dot. pakietu nr 1 poz. 1-2

Według Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2021 „W sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej”, opracowanych na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia przez Polskie Towarzystwo Patologów, jednym z wymogów otrzymania przez Jednostkę Diagnostyki Patomorfologicznej akredytacji jest:

- utrwalenie materiału w 10% zbuforowanej formalinie o pH 7,2-7,4 (BŚ4, s.40 „Program Akredytacji dla Jednostek Diagnostyki Patomorfologicznej - zestaw standardów”, https://pol-pat.pl/wp-content/uploads/2023/01/04_zestaw-standardow-akredytacyjnych-dla-jdp.pdf)
- monitorowanie pH formaliny (tj. 10% roztwór zbuforowanej formaliny o pH 7,2-7,4) z wykorzystaniem pH-metru. Monitorowaniu pH formaliny podlega co najmniej co 20 przyjmowany materiał (F.W. 5.1, s.16 „Program Akredytacji dla Jednostek Diagnostyki Patomorfologicznej - zestaw standardów”, https://pol-pat.pl/wp-content/uploads/2023/01/04_zestaw-standardow-akredytacyjnych-dla-jdp.pdf)

W związku z powyższym, czy zamawiający wymaga aby zaproponowany system zamknięty posiadał w nakrętce gotowy do użycia zbuforowany roztwór 10% formaliny o pH w przedziale 7.2- 7.4, zgodny z wymienionymi wyżej standardami Polskiego Towarzystwa Patologów obowiązującymi podczas akredytacji szpitala („OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA1 z dnia 6 września 2024 r. w sprawie standardów akredytacyjnych dla działalności leczniczej w rodzaju całodobowe i stacjonarne świadczenia zdrowotne szpitalne”, s.56, <https://cmj.gov.pl/akredytacja/standardy-akredytacyjne/>) ?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie 44 – dot. pakietu nr 12 poz. 1-2

Czy zamawiający wymaga posiadania certyfikatu pH utrwalacza z niezależnego akredytowanego laboratorium na terenie Polski potwierdzającego parametry pH na poziomie 7,2-7,4?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 45 – dot. pakietu nr 5

Czy zamawiający dopuszcza zestaw do nebulizacji zgodnie z opisem?

Nebulizator z trójnikiem, ustnikiem i rurką

- do podawania leków w postaci mgiełki wdychanej do płuc
- nebulizator 6 cm³
- bez lateksu
- rurka karbowana w zestawie
- Przekrój gwiazdkowy odporny na zgięcia

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/7/2025
	Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku, obłożeń, plastrów, opatrunków oraz siatek przepuklinowych- uzupełnienie vol 4	

- pojedyncza zrywalna torebka foliowa: 1 sztuka
 - Szybkość atomizacji 0,4 ml/min
 - Przepływ gazu napędowego 4 do 8 l/min
 - Częstka atomizująca $\leq 5\mu$
 - bez ftalanów
 - sterylne przez EO, jednorazowego użytku
 - opakowanie zbiorcze 100 sztuk
- Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 46 – dot. pakietu 5

Czy zamawiający dopuszcza maskę godnie z opisem?

MASKA TLENOWA Z NEBULIZATOREM

- do podawania leków w postaci mgiełki wdychanej do płuc
 - Wykonany z medycznego PVC
 - składa się z maski, nebulizatora, przewodu tlenowego, elastycznej opaski, łącznika oraz blaszki na nos umożliwiającej odpowiednie dostosowanie do kształtu twarzy
 - nebulizator - 8 ml (skalowane co 1 ml, z oznaczeniem cyfrowym: 2,4,6, 8)
 - rozбивa leki o cząstkach od 1 do 5 mikronów
 - bez lateksu
 - Dren o dł. 200 cm
 - Przekrój gwiazdkowy odporny na zgięcia, przy zgięciu przewodu nie ma możliwości zatrzymania przepływu
 - Dostępne w rozmiarach: S, M, L, XL
 - pojedyncza zrywalna torebka foliowa: 1 sztuka
 - Bez ftalanów
 - sterylne przez EO, niepirogenne, jednorazowego użytku
 - Opakowanie zbiorcze: 100 sztuk
- Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 47 – dot. pakietu 14

Czy zamawiający dopuszcza furażerkę zgodnie z opisem?

- Czepek w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na troki
 - Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim
 - Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m2 w kolorze białym
 - Łatwo dopasowuje się do rozmiaru głowy
 - Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia
 - Wysokość czepka w części czołowej 13 cm
 - Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 48 – dot. pakietu 14

Czy zamawiający dopuszcza furażerkę zgodnie z opisem?

- Czepek w kształcie furażerki z gumką w tylnej części
 - Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim
 - Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m2 w kolorze białym
 - Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia
 - Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 49 – dot. pakietu nr 12 poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga pojemników posiadających konstrukcję uniemożliwiającą przelanie (powrót) formaliny do pokrywy/nakrętki, w której pierwotnie umieszczony jest środek utrwalający, już po zakręceniu pojemników i uwolnieniu formaliny z pokrywy/nakrętki w celu zalania materiału tkankowego utrwalcem? Tylko i wyłącznie pojemniki o konstrukcji uniemożliwiającej przelanie (powrót) utrwalcza do pokrywy/nakrętki w pełni zabezpieczają materiał tkankowy w szczególności w czasie transportu w przypadku przewrócenia się pojemnika eliminując sytuację, w której materiał tkankowy przebywa w środowisku suchym bez kontaktu ze środkiem utrwalającym. Skutkiem przelania/powrotu formaliny do zbiornika, w którym znajduje się ona pierwotnie może być uszkodzenie i wysuszenie materiału tkankowego a także bezpowrotne jego zniszczenie bez możliwości postawienia właściwej diagnozy medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 50 – dot. pakietu nr 12 poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemnika typ 20 o parametrach jak niżej:

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/7/2025
	Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku, obłożeń, plastrów, opatrunków oraz siatek przepuklinowych- uzupełnienie vol 4	

Pojemniki o pojemności 40 ml

Pojemnik wykonany w technologii bezpiecznego i bezkontaktowego utrwalania materiału tkankowego.

Wymiary:

- średnica 35 mm
- wysokość bez pokrywki 67 mm
- wysokość z pokrywką wypełnianą formaliną 111 mm

pH substancji utrwalającej : neutralne

Opakowanie zbiorcze 24 szt.

Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty do materiału biopsyjnego/histopatologicznego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Dolny pojemnik wypełniony roztworem wodnym w ilości 10 ml w celu zabezpieczenia materiału biopsyjnego przed wysychaniem z pokrywką wypełnioną 8% roztworem formaldehydu w ilości 10 ml. Po uwolnieniu wypływu formaliny poprzez wciśnięcie tłoka wbudowanego w górnej części roztwór formaldehydu po wymieszaniu z roztworem wodnym staje się substancją utrwalającą o stężeniu formaldehydu 4% (10% roztwór formaliny).

Zaproponowana konstrukcja pojemnika w pełni zabezpieczająca biopsyjny materiał tkankowy oraz zapewniająca właściwe utrwalenie materiału tkankowego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 51 – dot. pakietu nr 12 poz. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemnika typ 90 o parametrach jak niżej:

Pojemniki o pojemności 60 ml

Pojemnik wykonany w technologii bezpiecznego i bezkontaktowego utrwalania materiału tkankowego.

Wymiary:

- średnica dolna 40 mm
- średnica górna 45 mm
- wysokość bez pokrywki 68,8 mm
- wysokość z pokrywką wypełnianą formaliną 102 mm

pH substancji utrwalającej: neutralne

Opakowanie zbiorcze 24 szt.

Pokrywa wypełniona substancją utrwalającą o stężeniu formaldehydu 4% (10% roztwór formaliny). w ilości 40 ml. Uwalnianie formaliny poprzez innowacyjny system w momencie zakręcania pojemnika po umieszczeniu w nim materiału tkankowego. Zaproponowana konstrukcja pojemnika w pełni zabezpieczająca biopsyjny materiał tkankowy oraz zapewniająca właściwe utrwalenie materiału tkankowego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 52 – dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 7 projektu umowy – zał. 7 do SWZ w następujący sposób:

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź sprzecznej z umową odmowy dostaw w wysokości 0,4% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w § 2 ust. 1, jednak nie więcej niż 9% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia częściowego.

2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad (po uprzedniej reklamacji przez Zamawiającego) lub dokona wymiany, o której mowa w §4 ust. 2., w wysokości 0,4% wartości brutto reklamowanego przedmiotu za każdy dzień zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w §3 ust. 5., jednak nie więcej niż 9% wartości brutto reklamowanego przedmiotu.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Pytanie nr 53 – dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §7- załącznik nr 7 do SWZ w taki sposób, aby wysokość kary umownej była naliczana na podstawie wartości netto, a nie brutto?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Pytanie 54 – dot. projektu umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zdania „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 400 zł netto”

W związku z kosztami wysyłki/ sposobem pakowania w opakowania zbiorcze prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 400 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Pytanie 55 – dot. pakietu nr 4 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania kaniuli dożylniej bezpiecznej przeznaczone do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/7/2025
	Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku, obłożeń, plastrów, opatrunków oraz siatek przepuklinowych- uzupełnienie vol 4	

górnego z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę, z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia ergonomiczny kształt, sterylna jednorazowego użytku, pakowane po 50szt, 26 G 0,6 x 19 mm – przepływ 12 ml/min oraz 24G 0,7 x 19mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56 – dot. pakietu nr 4 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania Strzykawki do przepłukiwania fabrycznie napełniona izotonicznym roztworem 0.9% NaCl o poj. 10 ml. do procedur aseptycznych – sterylna zawartość. Skala oraz wypełnienie odpowiadająca nominalnej pojemności strzykawki 10 ml. Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i kontaminację roztworu podczas przygotowywania strzykawki do przepłukiwania zgodnie z normą EN ISO 7886-1. Tłok wykonany z polipropylenu, prosty na całej długości (bez przewężeń). Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika potwierdzony zerowy refluks. Strzykawka wyposażona w długi minimum 1,8cm korek zamykający, umożliwiający odpowietrzenie strzykawki bez konieczności całkowitego ściągania korka. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny min.klasy IIa.Okres stabilności roztworu oraz ważności produktu 3lata. Data ważności i na produkcie (bez opakowania). Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC. Sterylizowana parowo- opakowanie foliowe. Ilość sztuk w opakowaniu 30szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem klasy min. IIB, zgodnie z treścią przyjętego odwołania. Ponadto opis przedmiotu zamówienia został zmieniony zgodnie z treścią przyjętego odwołania.

Pytanie 57 – dot. pakietu nr 4 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania Strzykawki do przepłukiwania fabrycznie napełniona izotonicznym roztworem 0.9% NaCl o poj. 5 ml. do procedur aseptycznych – sterylna zawartość. Skala 5 ml oraz wypełnienie odpowiadająca nominalnej pojemności strzykawki 5 ml. Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i kontaminację roztworu podczas przygotowywania strzykawki do przepłukiwania zgodnie z normą EN ISO 7886-1. Tłok wykonany z polipropylenu, prosty na całej długości (bez przewężeń). Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika potwierdzony zerowy refluks. Strzykawka wyposażona w długi minimum 1,8cm korek zamykający. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny min.klasy IIa. Okres stabilności roztworu oraz ważności produktu 3 lata. Data ważności i na produkcie (bez opakowania) Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC. Sterylizowana parowo- opakowanie foliowe. Ilość sztuk w opakowaniu 30.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem min klasy IIB, zgodnie z treścią przyjętego odwołania. Ponadto opis przedmiotu zamówienia został zmieniony zgodnie z treścią przyjętego odwołania.

Pytanie 58 – dot. pakietu nr 4 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania Strzykawki do przepłukiwania fabrycznie napełniona izotonicznym roztworem 0.9% NaCl o poj. 3 ml. do procedur aseptycznych – sterylna zawartość. Skala 3 ml oraz wypełnienie odpowiadająca nominalnej pojemności strzykawki min.3 ml. Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i kontaminację roztworu podczas przygotowywania strzykawki do przepłukiwania zgodnie z normą EN ISO 7886-1. Tłok wykonany z polipropylenu, prosty na całej długości (bez przewężeń). Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika potwierdzony zerowy refluks. Strzykawka wyposażona w długi minimum 1,8cm korek zamykający. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny min.klasy IIa.Okres stabilności roztworu oraz ważności produktu 3 lata. Data ważności i na produkcie (bez opakowania). Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC. Sterylizowana parowo- opakowanie foliowe . Ilość sztuk w opakowaniu 30.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem min klasy IIB, zgodnie z treścią przyjętego odwołania. Ponadto opis przedmiotu zamówienia został zmieniony zgodnie z treścią przyjętego odwołania.

Pytanie 59 – dot. pakietu nr 4 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania strzykawki do przepłukiwania fabrycznie napełniona izotonicznym roztworem 0.9% NaCl o poj. 10 ml. do zabiegów w warunkach jałowych – sterylna zawartość oraz strzykawka zewnętrznie. Skala oraz wypełnienie odpowiadająca nominalnej pojemności strzykawki. Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i kontaminację roztworu podczas przygotowywania strzykawki do przepłukiwania zgodnie z normą EN ISO 7886-1. Tłok wykonany z polipropylenu, prosty na całej długości (bez przewężeń). Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika potwierdzony zerowy refluks. Strzykawka wyposażona w długi minimum 1,8cm korek zamykający. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny min. klasy IIa. Okres stabilności roztworu oraz ważności produktu 3 lata. Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC. Sterylizowana parowo – opakowanie papier/folia . Ilość sztuk w opakowaniu 30.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem klasy min. IIB, zgodnie z treścią przyjętego odwołania. Ponadto opis przedmiotu zamówienia został zmieniony zgodnie z treścią przyjętego odwołania.

Pytanie 60 – dot. pakietu nr 4 poz. 7

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/7/2025
	Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku, obłożni, plastrów, opatrunków oraz siatek przepuklinowych- uzupełnienie vol 4	

Prosimy o dopuszczenie zaferowania łącznika bezigłowego kompatybilnego z końcówką luer i luer lock, posiadający przezroczystą obudowę oraz silikonową membranę split septum z gładką powierzchnią do dezynfekcji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. Prosty tor przepływu, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Przepływ min. 100 ml/min, możliwość użycia przez 700 aktywacji (użyć). Wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych. ciśnienie neutralne, Zawór z dodatkową wewnętrzną dwukierunkową membraną silikonową, kompensującą ciśnienie refluksu, zapobiegająca okluzji. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii, daty ważności i nr. katalogowego. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Nie zawiera DEHP i lateksu. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 61 – dot. pakietu nr 4 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie zaferowania łącznika bezigłowego kompatybilnego z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min, możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa 0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostaw.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62 – dot. pakietu nr 4 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie zaferowania Zestawu przedłużającego z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego , do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z pojedynczym przedłużaczem. Długość zestawu około 9 cm, z jednym zaciskiem ślizgowym, o objętości wypełnienia 0,15 ml. Mała średnica drenu tj. maksymalna średnica zewnętrzna 2,11 mm. Zawór bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostaw

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63 – dot. pakietu nr 4 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie zaferowania łącznika bezigłowego kompatybilnego z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min, możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa 0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostaw

Odpowiedź: Opis dotyczy zamkniętego systemu dostępu naczyniowego, a pytanie łącznika bezigłowego (takie samo pytanie jak 61, a dotyczy innego produktu)

Pytanie 64 – dot. pakietu nr 4 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie zaferowania systemu bezigłowego pozwalającego na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 360 użyc, obudowa przezroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu,przezroczysty, membrana jednorodna, przezroczysta , wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie -12,5 psi. objętość wypełnienia, przepływ min. 350 ml/min. przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem.sterylne, pakowany pojedynczo.

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/7/2025
	Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku, obłożeń, plastrów, opatrunków oraz siatek przepuklinowych- uzupełnienie vol 4	

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednocześnie zmieniając opisy przedmiotu zamówienia o parametry wniesione w odwołaniu.

Pytanie 65 – dot. pakietu nr 4 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie Bezigłowego przyrządu do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, z kolcem standardowym, o dl całkowitej 7cm. Posiada filtr bakteryjny 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiole. Konstrukcja pozwalająca na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiołki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiole. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,35 ml. Czas stosowania do 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Konstrukcja wykluczająca kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66 – dot. pakietu nr 4 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania Uniwersalnego bezigłowego przyrządu do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki i butelek, z kolcem standardowym o dł. Całkowitej 5,5cm. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiole. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Dostęp zabezpieczony koreczkiem domykany ręcznie. Objętość wypełnienia całego systemu 0,27ml. Konstrukcja wykluczająca kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 67 – dot. pakietu nr 9 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do odsysania pola operacyjnego, zawierającego: dren o dł. 3,5 m (śr. wew. 6,8 mm/śr. zew. 10 mm) zakończony złączami żeńskimi, rękojeść z filtrem, 3 końcówki z 2 otworami odbarczającymi 23 CH (śr. wew 6 mm/śr. zew 7,8 mm) 1 końcówka zagięta o dł. 15 cm, 1 końcówka zagięta o dł. 23 cm oraz 1 końcówka prosta o dł. 28 cm, w zestawie dodatkowy filtr dł. 12,5 cm +/- 0,2 cm. Zestaw sterylny podwójnie pakowany wew. worek foliowy, zew. papier - folia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 68 – dot. projektu umowy

Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź sprzecznej z umową odmowy dostaw w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu

niniejszej umowy ponad termin określony w § 2 ust. 1, jednak nie więcej niż 5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia częściowego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Zamkniętego
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
(-)
lek. Jacek Wójcik