

Konin, 07.04.2025 r.

WSZ-EP-54/2024/221/25**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania****Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-54/2024****Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ – nr 36**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający udziela niezwłocznie wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ” oraz udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Pakiet 49,

Czy zamawiający dopuści maski sterylne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 127, poz. 1

Czy zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania krwi, elastyczna komora wykonana z medycznego PCV z filtrem krwi o wielkości oczek nie więcej niż 200 µm, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), , igła biorcza, zacisk rolkowy, wymaga opakowanie papier-folia; sterylne, nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym, a nie przyrządzie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 127, poz. 2

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny. Zestaw zawiera osłonkę igły biorczej, igłę biorcza dwukanałową, komorę kroplową, filtr płynu, zaciskacz rolkowy, rolka zaciskacza, dren medyczny o długości min. 150 cm, osłonka łącznika Luer-Lock, wymaga opakowanie papier-folia, nazwa producenta na opakowaniu indywidualnym, a nie bezpośrednio na przyrządzie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 127, poz. 3

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP lub medycznego PCV o długości: całkowita długość 62 mm, długość części

wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta trójpłaszczyznowo dwukanałowa, wykonana z ABS wzmocnionego włóknom szklanym, zacisk rolkowy bez uchwytu na dren, możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu – żebrowana osłona, nazwa producenta bezpośrednio na opakowaniu indywidualnym a nie na przyrządzie, wymaga opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylne, długość drenu min.150 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 127, poz.4

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem, worek pakowany osobno, worek w kolorze nieprzezroczystym za wyjątkiem czarnego o wymiarach 200-210mmx300-310mm lub 310mm*170 mm, komora kroplowa wykonana z PP lub medycznego PCV o długości: całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta trójpłaszczyznowo dwukanałowa; wykonana z ABS wzmocnionego włóknom szklanym, zacisk rolkowy bez uchwytu na dren; możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu – żebrowana osłonka, nazwa producenta bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym a nie na przyrządzie, wymaga opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 127, poz.5

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy, komora kroplowa wykonana z PP lub medycznego PCV o długości: całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta trójpłaszczyznowo dwukanałowa; wykonana z ABS wzmocnionego włóknom szklanym, zacisk rolkowy bez uchwytu na dren, możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu – żebrowana osłona, nazwa producenta bezpośrednio na opakowaniu indywidualnym a nie na przyrządzie, wymaga opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 129, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 133

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 139,

Czy zamawiający dopuści opakowanie z informacją o braku zawartości ftalanów i lateksu, natomiast BPA – oświadczenie producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 140, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści opakowanie z informacją o braku zawartości ftalanów i lateksu, natomiast BPA – oświadczenie producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 149, poz.4

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 149, poz. 1-4

Czy zamawiający dopuści skalę wg. rozmiaru:

- strzykawka trzyczęściowa 5 ml Luer Lock, skala co 0,2ml
- strzykawka trzyczęściowa 10 ml Luer Lock, skala co 0,5ml
- strzykawka trzyczęściowa 20 ml Luer Lock 20 ml, skala co 1ml
- strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml Luer Lock 50/60 ml, skala co 1ml

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.