



**Specjalistyczny Szpital im.
Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice**



**JEDNOSTKA SAMORZĄDU
Województwa Opolskiego**

Branice 19.03.2025 r.

DAT.92.226.2025

Dotyczy postępowania: TP 2/2025

Do wszystkich wykonawców postępowania

Odpowiedzi na pytania

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach w związku z otrzymanymi zapytaniami do SWZ, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) niniejszym wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr TP 1/2025 pn.: „Dostawa żywności”.

Pytanie 1

Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowego użytku z workiem z niebieskiego PCV?



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru na lejkowatym łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści elektrody 36x48mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści elektrody 42x56mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 48mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 54mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Zadanie 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści igły do penów nie typu bezpiecznego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

Zadanie 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści igły do penów 0,3 x 8mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

Zadanie 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści igły do penów 0,25 x 6mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

Zadanie 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści igły do penów 0,3 x 8mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

Zadanie 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści igły do penów 0,25 x 6mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

Zadanie 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści igły polerowane szlifiersko?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

Zadanie 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści **kaniule bezpieczne**, dwuportowe o następujących parametrach:

- **Posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem** - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym **chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem**
- **Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut (końcówka igły ostrzona w trzech płaszczyznach)**
- Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w **6 pasków kontrastujących w RTG**
- Kaniula wyposażona w **kolorystycznie barwione skrzydełka** z możliwością przysycia do skóry oraz w **samodomykający się koreczek** portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- **Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia**
- Dostępna w różnych rozmiarach od 14G do 24G
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru
- Opakowanie handlowe a'50 szt.



ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
24 x ¾"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1¼"	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1¾"	1,3 x 45	zielony	100
17 x 1¾"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1¾"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1¾"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

?



**Specjalistyczny Szpital im.
Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice**



JEDNOSTKA SAMORZĄDU
Województwa Opolskiego

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 18-20

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylne następujących parametrach:

- Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut (**końcówka igły ostrzona w trzech płaszczyznach**)
- Cewnik kaniuli wykonany z **teflonu (FEP)**, wyposażony w **4 paski kontrastujące w RTG**
- Kaniula wyposażona w **skrzydełka mocujące** oraz w domykany ręcznie **koreczek portu górnego, kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru**, trzpień koreczka powyżej jego krawędzi
- Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- **Zastawka zabezpieczająca przed wypływem krwi** po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- Komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer lock
- Nazwa i logo producenta na opakowaniu jednostkowym
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + lakierowany papier) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru
- Dostępne w rozmiarach
 - **0,7 niebieska 22G**
 - **1,1 różowa 20G**
 - **1,3 zielona 18G ?**

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 18-20

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylne następujących parametrach:

- Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut (**końcówka igły ostrzona w trzech płaszczyznach**)
- Cewnik kaniuli wykonany z **poliuretanu (PUR)**, wyposażony w **6 pasków kontrastujących w RTG**
- Kaniula wyposażona w **kolorystycznie barwione skrzydełka mocujące** oraz w **samodomykający koreczek portu górnego, kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru**, trzpień koreczka powyżej jego krawędzi
- Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- **Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi** po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- Komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer lock
- Nazwa i logo producenta na opakowaniu jednostkowym
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru
- Dostępne w rozmiarach
 - **0,7 niebieska 22G**



**Specjalistyczny Szpital im.
Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice**



JEDNOSTKA SAMORZĄDU
Województwa Opolskiego

- 1,1 różowa 20G
- 1,3 zielona 18G ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 18-20

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul dożylnych za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi co zapobiega kontaminacji podczas wyjęcia z opakowania poprzez wizualne stwierdzenie ułożenia koreczka w opakowaniu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków za opakowanie a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści kubki z dziubkiem o pojemności 250ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści kruszarkę do leków umożliwiającą profesjonalne miażdżenie tabletek bezpośrednio w kieliszku gwarantując zachowanie warunków higienicznych (bez dodatkowego pojemnika), wykonana z wytrzymałych materiałów - poliamidu (PA07) oraz stali nierdzewnej, wielorazowego użytku?



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze pakowanie a'100 szt. i wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści nawilżacz typu „sztuczny nos” (jałowy) o nawilżeniu $\leq 11,76\text{ml/l}$ przy objętości wydechowej 500ml, przestrzeń martwa 16ml? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 37

Prosimy o doprecyzowanie jakiej igły Zamawiający oczekuje?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje igły 3/8 koła odwrotnie tnącą o długości 24 mm.

Zadanie 1, pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą o długości 24mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



**Specjalistyczny Szpital im.
Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice**



JEDNOSTKA SAMORZĄDU
Województwa Opolskiego

Zadanie 1, pozycja 51

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pompy o długości 150 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 59

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne niesilikonowane?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ

Zadanie 1, pozycja 59

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ze znacznikiem głębokości w postaci 2 półpięści?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 60

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu 2l bez zakładki do podwieszenia kranika?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ

Zadanie 1, pozycja 60

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków na mocz za opakowanie a'5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 60

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków na mocz za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 62-65

Czy Zamawiający dopuści strzykawki luer dwuczęściowe z 10% rozszerzeniem skali nominalnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 62-63,65

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie handlowe a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 64

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie handlowe a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 66-67

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek cewnikowych za opakowanie handlowe a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 69

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych marki BD Plastipak?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ

Zadanie 1, pozycja 69

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek do pomp za opakowanie handlowe a'60 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 70

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie handlowe a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu nr 1, poz. 70 wymaga zaoferowania szczoteczek do zębów



**Specjalistyczny Szpital im.
Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice**



**JEDNOSTKA SAMORZĄDU
Województwa Opolskiego**

Zadanie 1, pozycja 72

Czy Zamawiający dopuści wycenę szpatulek za opakowanie handlowe a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 76

Czy Zamawiający dopuści wycenę wieszaków za opakowanie handlowe a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 78

Czy Zamawiający dopuści wodę sterylną do nawilżania tlenu Aquapak 340ml. Wstępnie napełnione nawilżacze jednorazowe wypełnione są sterylną wodą, adapter do dozownika tlenu w oferowanych systemach również jest sterylny. Konstrukcja butelki z wodą umożliwia nawilżanie podawanego tlenu w oparciu o system mikrodyfuzorów na dnie zbiornika, które wytwarzają małe pęcherzyki powietrza. System wyposażony jest w ciśnieniową zastawkę upustową, która w przypadku okluzji drenu wydaje dźwiękowy sygnał alarmując personel medyczny. System kompatybilny jest z powszechnie stosowanymi w szpitalach dozownikami tlenu. ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ

Zadanie 1, pozycja 78

Czy Zamawiający wydzieli lub usunie ww. pozycje do osobnego zadania? Zwiększy to konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ

Zadanie 1, pozycja 79

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków do lewatywy opakowanie handlowe a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 80

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny z zastawką antyzwrotną, wykonany z wytrzymałego LDPE 1l bez wkładki absorpcyjnej, skalowany co 50ml od 100ml do 1000ml (oraz co 10ml do 100ml), tekturowy kołnierz dostosowujący się do kształtu twarzy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ

Zadanie 1, pozycja 80

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny wykonany z wytrzymałego LDPE 2l bez wkładki absorpcyjnej, skalowany co 100ml od 100ml do 2000ml (oraz co 10ml do 100ml), kołnierz z tworzywa sztucznego w kształcie koła zapewniający pewny chwyt i ułatwia manewrowanie workiem z nacięciem pozwalającym na zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej „skręć i zaczeep”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ

Zadanie 1, pozycja 80

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków na wymiociny za opakowanie handlowe a'20 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 81

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków na mocz za opakowanie handlowe a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 82 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?



**Specjalistyczny Szpital im.
Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice**



JEDNOSTKA SAMORZĄDU
Województwa Opolskiego

- 1x Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)
- 1x Pęseta ADSON metalowa 12cm
- 6x Tupfer z gazy bez nitki RTG, 17N 20cm x 20cm
- 1x Iglotrzymacz Mayo Hegar metalowy 15cm
- 1x Nożyczki IRIS proste metalowe 11,5cm
- 1x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer Lock
- 1x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
- 1x Igła iniekcyjna (0,8 x 40)
- 1x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 6cm
- 1x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 82 – Czy Zamawiający dopuści igły i strzykawkę bez opakowania jednostkowego, co pozwoli na redukcję powstawania odpadów opakowaniowych podczas zabiegu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 2, pozycja 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 2, pozycja 14

Prosimy o potwierdzenie, że zaszła omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia i zamawiający wymaga opatrunku foliowego pakowanego po 100szt. W opisie produktu widnieje zapis „*pakowany po 100 szt. pakowane po 25 sztuk*”.

Odpowiedź: Tak, zaszła omyłka pisarska. Zamawiający wymaga opakowania po 100 szt.

Zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści, w przypadku wymagania innej ilości w opakowaniu, wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 2, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 2, pozycja 16

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podając jednostkę miary opakowanie ma na myśli opakowanie a'30szt.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 2 opakowania po 30 szt.

Zadanie 2, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści, w przypadku wymagania innej ilości w opakowaniu, wycenę za opakowanie handlowe a'30szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 2, pozycja 17

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podając jednostkę miary opakowanie ma na myśli opakowanie a'25szt.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 10 opakowań po 25 szt.

Zadanie 2, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści, w przypadku wymagania innej ilości w opakowaniu, wycenę za opakowanie handlowe a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 2, pozycja 33 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

- 1x Serweta chirurgiczna 80cm x 90cm (niebieski SMS)



**Specjalistyczny Szpital im.
Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice**



JEDNOSTKA SAMORZĄDU
Województwa Opolskiego

- 5x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
- 8x Kompres z gazy 13N 8W 7,5cm x 7,5cm
- 1x Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)
- 1x Pęseta plastikowa niebieska 13cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ

Zadanie 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 100x140cm nieprzemakalny, wodoszczelny, wielokrotnego użycia, wykonany z dzianiny bawełniano-poliestrowej typu frotte/polichlorek winylu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ

Pytanie 2

1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycji 1 AMBU J.U. z przezroczystym workiem? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1, pozycji 11 elektrodę o wymiarach 56x42? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1, pozycji 13 IGŁĘ PEN bezpieczną o rozmiarze 0,25x5mm? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Nie, Zamawiający pozostawia wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ

4. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1, pozycji 14 IGŁĘ PEN o rozmiarze 0,3x6mm? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Nie, Zamawiający pozostawia wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ

5. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1, pozycji 21 kieliszki do leków plastikowe w opakowaniu a'80 szt.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1, pozycji 35 nakłuwacze w opakowaniu a'100 szt.? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycji 17 kaniulę dożylną posiadającą filtr hydrofobowy spełniający rolę zastawki? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycji 17 kaniule dożylnie w rozmiarach i przepływach :



**Specjalistyczny Szpital im.
Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice**



JEDNOSTKA SAMORZĄDU
Województwa Opolskiego

Rozmiar Gauge	Kolor	Kaniula		
		Rozmiar (mm.)	Długość (mm.)	Przepływ (ml./min.)
14	Pomarańczowa	2.1	45	270
16	Szara	1.8	45	200
17	Biały	1,5	45	140
18	Zielona	1.3	45/32	85
20	Różowa	1.1	32/25	55
22	Niebieska	0.9	25	33
24	Zółta	0.7	19	18

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

9. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 1 pozycji 18 kaniulę dożylną z dodatkowym koreczkiem, czy Zamawiający ma na myśli koreczek portu górnego?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli koreczek portu głównego.

10. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycji 18 Kaniulę dożylną z portem i szydełkami G22 0,9x25 niebieską, której igła wykonana jest ze stali nierdzewnej, osłona igły: polipropylen, cewnik wykonany z PUR, wyposażona w koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru, z portem bocznym, 6 linii RTG, brak lateksu, nie zawiera ftalanów, filtr hydrofobowy, jałowa, okres trwałości 5 lat, instrukcja użytkowania w opakowaniu pośrednim 50 szt.? Stosownie czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycji 19 i 20 taką samą kaniulę w rozmiarze i kolorze jak wymaga Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

11. Czy Zamawiający wymaga złożenia próbki z pakietu 1 pozycji 78 wraz z ofertą czy przewiduje jej uzupełnienie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia próbki wraz z ofertą.

12. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycji 36 Sterylny wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczony do stosowania u pacjentów z tracheostomią oddychających spontanicznie; z celulozowymi wkładami ułożonym po obydwu przeciwległych stronach wymiennika; posiadający port do odsysania z samozamykającą cztero częściową zastawką; posiadający port do tlenu o stożkowym kształcie; o przestrzeni martwej 10 ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 32.89; 500ml: 32.42; 750ml: 32.09; 1000ml: 31.16; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 11.10; 500ml: 11.57; 750ml: 11.90; 1000ml: 12.83 ; o objętości oddechowej Vt - 250 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min. 0,25 cm H₂O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

13. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 pozycji 1-3 pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Brak ściągacza taliowego powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz może wydostawać się w miejscach, w których nie ma dobrego przylegania do ciała pacjenta, przez co pieluchomajtki nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak minimum jednego – tylnego, ściągacza taliowego naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.



**Specjalistyczny Szpital im.
Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice**



JEDNOSTKA SAMORZĄDU
Województwa Opolskiego

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

14. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 pozycji 1-3 pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone we wskaźnik wilgotności w postaci jednego żółtego paska, który zmienia kolor na kolor niebieski w miarę napełniania produktu moczem (pozbawione czarnego napisu w postaci daty i serii produkcji, który rozplywa się pod wpływem moczu i jest imitacją wskaźnika chłonności a dodatkowo może wprowadzać w błąd opiekuna, który nie będzie w stanie ostatecznie stwierdzić czy produkt kwalifikuje się już do zmiany czy jeszcze nie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

15. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 pozycji 1 pieluchomajtki o obwodzie 73-130cm? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

16. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 pozycji 2 pieluchomajtki o obwodzie 92-160cm? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

17. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 pozycji 3 pieluchomajtki o obwodzie 120-170cm? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

18. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 pozycji 4 podpaskę higieniczną o długości 21,9cm? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego resuscytatora jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z workiem przezroczystym o zabarwieniu niebieskim?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający ma na myśli igły do iniekcji w rozmiarze 0,8x16mm w opakowaniach 50szt.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 3m?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG o rozmiarze 36x50mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG o średnicy 30mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG o średnicy 50mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści igły do penów o wymiarach 0,3x6mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.



**Specjalistyczny Szpital im.
Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice**



JEDNOSTKA SAMORZĄDU
Województwa Opolskiego

Zadanie nr 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści igły do penów o wymiarach 0,25x5mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

Zadanie nr 1, pozycja 16

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu polerowania igieł ultradźwiękami?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

Zadanie nr 1, pozycja 19-20

Czy Zamawiający ma na myśli kaniule dożylnie spełniające co najmniej warunki określone w pozycji 18?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane po 80 sztuk z przeliczeniem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści łyżki oraz rękojeść pakowane osobno?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści nawilżacz typu „sztuczny nos” o parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: gąbkowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 7g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony klapką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 38

Czy Zamawiający dopuści nożyczki o długości 14cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 40

Czy Zamawiający wymaga opasek do mocowania rurek tracheostomijnych z dodatkowym otworem na karku?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

Zadanie nr 1, pozycja 59

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną niesilikonowaną?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

Zadanie nr 1, pozycja 59

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną ze znacznikami głębokości w postaci 2 półpięści?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 78

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do nawilżania o pojemności 550 ml napełniony jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej. Wyposażony jest w przejściówkę UNF 9/16" umożliwiającą podłączenie go do większości koncentratorów tlenu. Stosowana wyłącznie dla jednego pacjenta tak długo jak to konieczne lub do



**Specjalistyczny Szpital im.
Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice**



JEDNOSTKA SAMORZĄDU
Województwa Opolskiego

wyczerpania wody?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

Zadanie nr 1, pozycja 80

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1,5l, skalowany co 100ml (od 100ml do 1500ml)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 80

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny z kołnierzem z tworzywa sztucznego w kształcie koła, zapewniający pewny chwyt i ułatwia manewrowanie workiem, z nacięciem pozwalającym na zamknięcie worka i higieniczną utylizację części wymiotnej „skręć i zaczepek”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zadanie nr 1, pozycja 80

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny bez zastawki antyzwrotnej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

Zadanie nr 1, pozycja 78

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu bez otworu na wieszak?

Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu nr 1, poz. 78 wymaga zaoferowania systemu do tlenoterapii.

Zadanie nr 1, pozycja 82

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów o składzie:

- 1x serweta z laminatu FB, 50x60 cm
- 1x serweta z laminatu TF z otworem o średnicy 8 cm, 45x75 cm,
- 6x tupfer "kula" 17-nitkowy, 20x20 cm
- 1x igła iniekcyjna 18G, średnica: 1,2 mm, długość: 40 mm, kolor: różowy
- 1x igła iniekcyjna 21G, średnica: 0,8 mm, długość: 40 mm, kolor: zielony
- 1x strzykawka plastikowa 2-częściowa, szklana, luer, pojemność: 10 ml
- 1x kleszczyki metalowe do igły, proste, zakończone kolorem, długość: 13 cm
- 1x nożyczki metalowe, proste, ostro-ostre, znaczone kolorem, długość: 11 cm
- 1x pęseta metalowa anatomiczna, znaczone kolorem, długość: 12,5 cm
- 1x kleszczyki plastikowe niebieskie, długość: 13 cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 84

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki do karmienia dożołądkowego o długości 80-125cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Zadanie nr 1 - Materiały medyczne

Poz. 3

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na bezpieczne igły do iniekcji, pakowane a 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ - europejskiego lidera w produkcji tego typu igieł.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz. 7

1. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki jako wyroby służące do długotrwałego utrzymania, powinny być oznaczone na samym cewniku min. rozmiarem, logo producenta i numerem serii lub powinny posiadać min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji, identyfikujące produkt w całym okresie ich długiego użytkowania w warunkach klinicznych już po wypakowaniu z opakowania jednostkowego.



**Specjalistyczny Szpital im.
Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice**



JEDNOSTKA SAMORZĄDU
Województwa Opolskiego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Poz. 8

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki, powinny być oznaczone na samym wyrobie min. rozmiarem, logo producenta i numerem serii lub powinny posiadać min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji, identyfikujące produkt w całym okresie ich użytkowania w warunkach klinicznych już po wypakowaniu z opakowania jednostkowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Poz. 10

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane elektrody do defibrylacji, to elektrody dla dorosłych, o minimalnej powierzchni przewodzącej (aktywnej) 100cm², co zapewnienia bezpieczne dla pacjenta i prawidłowe warunki współpracy z defibrylatorami, opisanymi w SWZ, zapobiegając tym samym niepożądanym oparzeniom skóry w trakcie wykonywanej procedury.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

2. Prosimy o doprecyzowanie, czy w związku z tym, iż przedmiotowe elektrody pakowane i użytkowane są zawsze parami, wskazana w formularzu cenowym ilość 2 szt. oznacza wymóg zaoferowania 1 pary, czy 2 par elektrod.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 2 pary.

Poz. 17

1. W związku z brakiem na rynku kaniul o parametrach opisanych w SWZ, co było już powodem unieważnienia postępowania w latach ubiegłych, prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne bezpieczne kaniule dożylnie wykonane z poliuretanu, w rozmiarach 16G (szare, przepływ 196-200ml/min.), 17G (biała, 128-142ml/min.), 18G (zielona, 96-103ml/min., dwie długości do wyboru przez zamawiającego), 20G (różowa, 61-65ml/min., dwie długości do wyboru przez zamawiającego), 22G (niebieska, 36ml/min.) 24G (żółta, 22-23ml/min.), z koreczkiem zabezpieczającym luer-lock z trzpieniem wewnętrznym położonym poniżej własnej krawędzi - spełniające pozostałe wymagania SWZ - europejskiego lidera w produkcji tego typu kaniul.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane bezpieczne kaniule dożylnie, analogicznie do kaniul z poz. 18-20, powinny posiadać cyt „logo producenta min. na 2 elementach składowych kaniuli” oraz opakowaniu jednostkowym, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz. 24

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne korki do wenflonów, tego samego producenta co oferowane wenflony w poz. 17-20, tym samym w pełni z nimi kompatybilne, zapewniające pełną szczelność bez względu na położenie trzpienia wewnętrznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane korki do wenflonów powinny posiadać wyraźną, kilkupłaszczyznową powierzchnią chwytną oraz pierścień dociskowy, które to elementy zapewniają optymalne warunki kliniczne dokręcenia do każdego złącza luer lock.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Poz. 78

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, zamknięte systemy do tlenoterapii Hydrox o pojemności 450-500ml - znane i z powodzeniem stosowane już przez Państwa - zgodnie z wymaganiami normy USP 43, określającej czystość i jakość oferowanej wody, tym samym gwarantujące Zamawiającemu ich w pełni bezpieczne użytkowanie.



**Specjalistyczny Szpital im.
Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice**



JEDNOSTKA SAMORZĄDU
Województwa Opolskiego

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis SWZ cyt. „Wymagana informacja producenta iż woda może być wykorzystana od momentu podłączenia do zużycia” oznacza wymóg zaoferowania zamkniętych systemów do tlenoterapii, które powinny posiadać możliwość bezpiecznego wykorzystania od momentu podłączenia przez okres minimum 30 dni od otwarcia.

W przypadku braku określenia tego minimalnego czasu bezpiecznego wykorzystania, trudno oczekiwać, aby profesjonalny producent opisał swój wyrób jako w zasadzie bezterminowy, gdyż termin cyt. „do zużycia” może oznaczać zarówno np. tydzień jak i rok, co z oczywistego powodu jest sprzeczne z wymogami określonymi dla tego typu wyrobów przez europejskie i światowe normy.

Odpowiedź: Tak, zamawiający potwierdza.

3. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zamknięte systemy do tlenoterapii, powinny posiadać fabryczny zapis na każdym indywidualnym pojemniku z wodą - odnoszący się do terminu ich bezpiecznego wykorzystania od momentu otwarcia - co powinno być także potwierdzone oświadczeniem producenta, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

4. Prosimy o potwierdzenie, iż mając na uwadze, obecną sytuację epidemiologiczną oraz związane z tym obostrzenia i zalecenia epidemiczne, oferowane zamknięte systemy do tlenoterapii, powinny posiadać zintegrowaną zatyczkę, umożliwiającą zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wąsów tlenowych lub masek, np. przy ich wymianie, co zapewnia bezpieczne wykonanie procedur wykonywanych w warunkach klinicznych w długim okresie użytkowania tego typu pojemników z wodą - przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

5. Prosimy o potwierdzenie, iż mając na uwadze, obecną sytuację epidemiologiczną oferowane zamknięte systemy do tlenoterapii powinny być rekomendowane dla jednego pacjenta, z możliwością ich wykorzystania u wielu pacjentów bez ryzyka zakażenia, co potwierdzają załączone do oferty badania mikrobiologiczne.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

6. Prosimy o doprecyzowanie, czy wymagana próbka oferowanego systemu, powinna być złożona wraz z ofertą, czy Zamawiający wezwie do jej złożenia w wypadku wątpliwości, co do jej zgodności z wymogami, w trakcie badania i oceny ofert w ustalonym terminie,

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą.

Pytanie 5

1. Pakiet 3 poz. 1-3: Czy zamawiający dopuści indykator wilgotności w postaci dwóch żółtych pasków kleju zmieniających kolor pod wpływem cieczy. Strefa chłonna dodatkowo graficznie podzielona na strefy, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Zamawiający modyfikuje:

termin składania ofert na dzień 25.03.2025 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert na dzień 25.03.2025 r. godz. 10:15.

Termin związania ofertą na dzień 22.04.2025 r.

Dyrektor
Krzysztof Nazimek