



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M /DZZP/ 1320 / 947 /25

Data: 14.04.2025 r.

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Zakup i dostawę ambulansu typu C na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.”** Znak sprawy: **373/2025 projekt mieszkańców wybrany w ramach "Elckiego Budżetu Obywatelskiego - edycja 2025" finansowany z budżetu Gminy Miasta Elku.**

W imieniu „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. informujemy, iż do dnia 10.03.2025 r. do godz. 08:30 (termin składania ofert) do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty. Zgodnie z SWZ przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny. W wyniku przeprowadzonej procedury do realizacji zamówienia została wybrana oferta firmy:

RATOWNIK-AMBULANSE Sp. z o.o. Sp. K., ul. Wilcza 5, 05-506 Lesznów

wartość netto: **421.100,00 zł**; wartość brutto: **504.906,45 zł**

Jedna oferta. Spełnia wszystkie wymogi zawarte w SWZ.

Zamawiający zgodnie **art. 226 ust. 1 pkt 5)** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) odrzuca ofertę Wykonawcy **AMBULANS POLSKA – ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE Sp. z o.o., ul. Doktora Wł. Bandurskiego 8, 37-500 Jarosław**, ponieważ treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. Wykonawca w przedmiotowym środku dowodowym wskazanym w Rozdziale XII w ust. 3 pkt 4) ppkt (2) SWZ tj. w „Katalogu lub jego stronach w języku polskim dla każdego zaoferowanego produktu potwierdzających spełnianie wymagań zgodnie z SWZ (ulotki informacyjne producenta lub karty produktu poświadczające skład, dane identyfikujące produkt itp.)” umieścił informacje, które uniemożliwiają Zamawiającemu zbadanie oferty pod kątem spełniania wymaganych parametrów technicznych dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia tj.:

- | | |
|---|---|
| 1 | Zawieszenie posiadające drążki stabilizacyjne minimum jednej osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta <u>lub zawieszenie hydropneumatyczne lub pneumatyczne.</u> |
| 3 | Oferowany ambulans wraz ze sprzętem medycznym <u>musi spełniać wymagania aktualnych norm PN-EN-1789+A2 lub równoważne (w zakresie ambulansu typu C) i norm PN-EN 1865 lub równoważne</u> |
| 4 | Zasilanie zewnętrzne 230 V z 3 gniazdami wewnętrznymi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. <u>Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu do sieci 230 V + 3 przewody zasilające 10 m.</u> |





„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

e-mail: przetargi@promedica.elk.pl

www.promedica.elk.com.pl

8 Oznakowanie ambulansu musi być zgodne ze sposobem oznakowania jednostek Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Oznakowanie ambulansu dla zespołów ratownictwa medycznego według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

6 Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego posiadanego przez Zamawiającego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna, ładowarka do akumulatorów Lifepak 15. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Zamontowany uchwyt do defibrylatora Lifepak 15 posiadanego przez Zamawiającego.

Przedmiotowe środki dowodowe winne przedstawiać konkretnie jakie parametry oferuje Wykonawca, tak, aby Zamawiający w sposób nie budzący wątpliwości mógł zbadać czy dokumenty te potwierdzają spełnianie wymagań zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dn. 25.02.2022 r., sygn. akt KIO 318/22 wskazała:

[..] W ocenie Izby oferta Odwołującego została sporządzona z wykorzystaniem (skopiowaniem) wzoru Zamawiającego OPZ, jednakże wykonawca skopiował w całości (z zapisami dającymi przedział parametryczny) opis sporządzony przez Zamawiającego, bez precyzyjnego określenia jaki asortyment oferuje [..]

Tym samym KIO orzekła, że Zamawiający prawidłowo uznał, że Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie złożył prawidłowych przedmiotowych środków dowodowych, co z kolei wywołało sankcję w postaci odrzucenia złożonej przez niego oferty.

Umowa zostanie zawarta w dniu **23.04.2025 r.** zgodnie z **art. 308 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 5% ceny brutto podanej w ofercie powinno być wniesione przed zawarciem umowy. Potwierdzenia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczone do Zamawiającego przed zawarciem umowy.

Z poważaniem

Do wiadomości:

1. RATOWNIK-AMBULANSE Sp. z o.o. Sp. K., ul. Wilcza 5, 05-506 Lesznowola
2. AMBULANS POLSKA - ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE Sp. z o.o., ul. Doktora Wł. Bandurskiego 8, 37-500 Jarosław

Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego nr KRS 0000026179

Rejestr podmiotów
wykonujących działalność
leczniczą nr 000000015229

ZARZĄD:
Prezes Zarządu Spółki - Bożena Szelągowska

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
PL 74 2030 0045 1110 0000 0103 8710 (PLN)



REGON 510996861
NIP 848-16-30-309

Kapitał zakładowy
22.242.000,00 PLN

