

Konin, 07.04.2025r.

WSZ-EP-63/24/240/2025

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania****Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej” (nr sprawy: WSZ-EP-63/2024).

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pakiet 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókny SMMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze zielonym? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry pozostawia zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 6.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Czy Zamawiający oczekuje fartucha XL- 150 cm czy XL- 130cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga fartucha w rozmiarze XL – 150 cm, pozostałe parametry pozostawia zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 6.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókny SMMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze zielonym? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry pozostawia zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 7.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Czy Zamawiający oczekuje fartucha L- 120 cm czy L- 130cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga fartucha w rozmiarze L – 130 cm, pozostałe parametry pozostawia zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 7.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze M-L- 120 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 75 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²). Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20x50cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m² (+/-0,5 g/m²). Odporność na rozerwanie na sucho/ mokro w strefie krytycznej min. 280/270 kPa, odporność na przenikanie płynu 174 cm H₂O.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 10.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm

1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m² (+/-0,5 g/m²). Odporność na rozerwanie na sucho/ mokro w strefie krytycznej min. 280/270 kPa, odporność na przenikanie płynu 174 cm H₂O.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 11.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 12 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony o średnicy 120 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 12 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do osłony przetwornika obrazu zawierającego następujące komponenty:

- 1 szt. osłona przetwornika obrazu 90 x 225 cm wykonana z folii polietylenowej o grubości 50 µm i 2 szt. elastycznej samoprzylepnej taśmy włókninowej 9x50cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 12 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kamerę zakończoną kartonem, z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 12 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na aparaturę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/- 0,5 g/m²), okrągłą o średnicy 75 cm, wykończoną gumką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 12 poz. 5.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 15 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy włókninowej o gramaturze powyżej 100 g/m² pokrytej klejem przyjaznym dla skóry?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 15 poz. 1.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 15 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę w rozmiarze 33 x 110 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry pozostawia zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 15 poz. 2.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu ręcznik do rąk jako produktu higienicznego, który nie może być już klasyfikowany jako wyrób medyczny w rozumieniu MDR? Zgodnie z Rozporządzeniem MDR przeznaczenie produktu przez producenta zostało określone w sposób następujący "Ręczniki służą do osuszania rąk i przedramion lub do wycierania płynów

z powierzchni" zatem nie ma przeznaczenia medycznego, w związku z czym na gruncie MDR jest produktem higienicznym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²). Odporność na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze wzmocnionym min. 175/185 kPa, odporność na penetrację płynów 129 cm H₂O.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że zestaw będzie zawierał taśmę samoprzylepną 9 x 50 cm. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 17.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 48 g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 18.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²)? Odporność na przenikanie cieczy 129 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 175/185 kPa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry pozostawia zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 19.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²)? Odporność na przenikanie cieczy 129 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 175/185 kPa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry pozostawia zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 20.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 120 x 150 cm z otworem 7 x 10 cm wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²)? Odporność na przenikanie cieczy 129 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 175/185 kPa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry pozostawia zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowocenowy w pakiecie 22.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²)? Odporność na przenikanie cieczy 129 cm H₂O.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry pozostawia zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowocenowy w pakiecie nr 25.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/- 0,5 g/m²) z łatami chłonnymi rozmiarze 50 x 60 cm wokół pola operacyjnego. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m² (+/- 0,5 g/m²)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry pozostawia zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowocenowy w pakiecie nr 30.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/- 0,5 g/m²)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry pozostawia zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowocenowy w pakiecie nr 31.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 48 g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry pozostawia zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 36.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/- 0,5 g/m²)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry pozostawia zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 40.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 45

- Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania rozrusznika o poniższym składzie i parametrach:

- 1) Obłożenie chirurgiczne 200 x 325 cm, z przyklejanym otworem o wielkości 13 x 15 cm. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m². Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 175/185 kPa – 1szt.
- 2) Serweta z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) 45 x 75 cm – 1 szt.
- 3) Folia operacyjna 15x20 cm – 1 szt.
- 4) Kieszeń foliowa o wymiarze 40 x 38 cm -1szt.
- 5) Osłona foliowa na aparaturę okrągłą o średnicy 120cm z gumką, folia PE o gramaturze 50 mikronów – 1 szt.
- 6) Pojemnik o pojemności 60 ml niebieski, przezroczysty – 1 szt.
- 7) Ostrze chirurgiczne nr 11 – 1 szt.
- 8) Strzykawka dwuczęściowa 20ml L/S – 1 szt.
- 9) Igła iniekcyjna 18G 40 mm – 1 szt.
- 10) Igła iniekcyjna 22G 40 mm – 1 szt.
- 11) Kompres gazowy 10 x 10 cm gaza 17nitkowa, 8-warstwow, znacznik RTG – 10 szt. (zbindowane)
- 12) Kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm gaza 17nitkowa, 16-warstwow, znacznik RTG – 10 szt. (zbindowane)
- 13) Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z miękkiej włókniny typu SMMS o gramaturze 35 g/m², u góry zapinany na rzep, rozmiar fartucha oznaczony literowo, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Wymagania: odporność na przenikanie cieczy min. 33 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie sucho/mokro min. 185/170 kPa. Rozmiar M-L – 1szt.
- 14) Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z miękkiej włókniny typu SMMS o gramaturze 35 g/m²,

u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, rozmiar fartucha oznaczony literowo, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Wymagania: odporność na przenikanie cieczy min. 33 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie sucho/mokro min. 185/170 kPa. Rozmiar XL – 1szt.

15) Serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm - owinięcie zestawu wykonana z laminatu 2-warstwowego. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80 g/m² (+/- 0,5 g/m²). Wymiary wzmocnienia 75 cm x 190 cm – 1szt.

Opakowanie - torba z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania utraty sterylności zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Na zewnątrz opakowania szczegółowy spis składu zestawu, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 4 naklejki, 2 z kodem EAN i 2 kodem QR. Fartuchy i obłożenia spełniają wymagania wysokie normy EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 45.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 46

- Czy Zamawiający dopuści zestaw do wymiany rozrusznika o poniższym składzie i parametrach:

1) Obłożenie chirurgiczne 200x325 cm, z przyklejonym otworem o wielkości 13 x 15 cm. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 175/185 kPa – 1szt.

2) Serweta z laminatu 2-warstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa) 45 x 75 cm – 1 szt.

3) Folia operacyjna 15 x 20 cm – 1 szt.

4) Kieszeń foliowa o wymiarze 40 x 38 cm -1szt.

5) Pojemnik o pojemności 60 ml niebieski, przezroczysty – 1 szt.

6) Ostrze chirurgiczne nr 11 – 1 szt.

7) Strzykawka dwuczęściowa 20ml L/S – 1 szt.

8) Igła iniekcyjna 18G 40 mm – 1 szt.

9) Igła iniekcyjna 22G 40 mm – 1 szt.

10) Kompres gazowy 10 x 10 cm gaza 17nitkowa, 8-warstwow, znacznik RTG – 10 szt. (zbindowane)

11) Kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm gaza 17nitkowa, 16-warstwow, znacznik RTG – 10 szt. (zbindowane)

12) Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z miękkiej włókniny typu SMMS o gramaturze 35 g/m², u góry zapinany na rzep, rozmiar fartucha oznaczony literowo, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Wymagania: odporność na przenikanie cieczy min. 33 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie sucho/mokro min. 185/170 kPa. Rozmiar M-L – 1szt.

13) Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z miękkiej włókniny typu SMMS o gramaturze 35 g/m², u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, rozmiar fartucha oznaczony literowo, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Wymagania:

odporność na przenikanie cieczy min. 33 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie sucho/mokro min. 185/170 kPa. Rozmiar XL – 1szt.

15) Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm - owinięcie zestawu wykonana z laminatu 2-warstwowego. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80 g/m² (+/- 0,5 g/m²). Wymiary wzmocnienia 75 cm x 190 cm – 1szt.

Opakowanie - torba z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania utraty sterylności zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Na zewnątrz opakowania szczegółowy spis składu zestawu, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 4 naklejki, 2 z kodem EAN i 2 kodem QR. Fartuchy i obłożenia spełniają wymagania wysokie normy EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 46.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 47

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kardioabblacji o poniższym składzie i parametrach:

1) Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm - owinięcie zestawu wykonana z laminatu 2-warstwowego. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80 g/m² (+/- 0,5 g/m²). Wymiary wzmocnienia 75 cm x 190 cm – 1szt.

2) Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z miękkiej włókniny typu SMMS o gramaturze 35 g/m², u góry zapinany na rzep, rozmiar fartucha oznaczony literowo, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Wymagania: odporność na przenikanie cieczy min. 150 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie sucho/mokro min. 250/220 kPa. Rozmiar M-L – 1szt.

3) Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z miękkiej włókniny typu SMMS o gramaturze 35 g/m², u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, rozmiar fartucha oznaczony literowo, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Wymagania: odporność na przenikanie cieczy min. 150 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie sucho/mokro min. 250/220 kPa. Rozmiar XL – 1szt.

4) ręcznik celulozowy 20 x 30 cm – 1 szt.

5) miska nerkowata 700 ml – 1 szt.

6) aplikator piankowy, szpatułka do dezynfekcji pola – 2 szt.

7) bezpieczny skalpel z wysuwającym ostrzem fig. 11 - 1 szt.

8) miska przezroczysta 250 ml z podziałką – 1 szt.

9) igła iniekcyjna z rozmiar 1,20 x 40 mm – 2 szt.

10) igła iniekcyjna z rozmiar 0,70 x 40 mm – 1 szt.

11) strzykawka dwuczęściowa typu Luer Slip o poj. 5 ml – 1 szt.

12) strzykawka trzyczęściowa typu Luer Slip o poj. 10 ml – 2 szt.

13) strzykawka dwuczęściowa typu Luer Slip o poj. 20 ml – 2 szt.

14) kompresy gazowe 10 x 10 cm 17N 12W z nitką RTG – 30 szt. (zbindowane po 10 szt.)

15) kleszczyki naczyniowe, metalowe typu mosquito, proste dł. 12,5 cm – 2 szt.

16) osłona foliowa okrągła z gumką o wymiarach fi 90 cm – 1 szt.

17) osłona foliowa okrągła z gumką o wymiarach fi 120 cm – 1 szt.

18) serweta wysokochłonna 50 x 75 cm – 1 szt.

19) serweta chirurgiczna 75 x 90 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa)- 1 szt.

20) serweta dwuwarstwowa 75 x 90 cm z otworem o średnicy 8 cm, położonym centralnie z warstwą lepłą wokół otworu, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m² - 1 szt.

21) serweta wzmocniona do angiografii 227 cm x 330 cm z dwoma samoprzylepnymi otworami 12 cm x 12 cm otoczonymi folią operacyjną umieszczonymi decentralnie, średnica każdego otworu 8 cm ze zintegrowanymi pasami z przezroczystej folii PE po obu stronach serwety przeznaczonymi do okrycia pulpitu pomiarowego stołu angiograficznego. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 74 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x 75 cm (+/- 1 cm). Klasa palności I. – 1 szt.

Materiał obłożenia i fartuchów spełniający wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019.

Opakowanie - torba z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania utraty sterylności zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Na zewnątrz opakowania szczegółowy spis składu zestawu, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 4 naklejki, 2 z kodem EAN i 2 kodem QR. Fartuchy i obłożenia spełniają wymagania wysokie normy EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 54

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/- 0,5 g/m²), odporność na przenikanie płynów min. 125 cm H₂O? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry pozostawia zgodnie z SWZ.

W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 54.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 55

Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym znajdować się będzie 5 tupferów rozmiar 4 umieszczonych w misce 250 ml, oraz 20 tupferów rozmiar 4 umieszczonych w torbie papierowej? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry pozostawia zgodnie z SWZ.

W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 55.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 55

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/- 0,5 g/m²), odporność na przenikanie płynów min. 125 cm H₂O? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 55.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 56

Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym kieszeń jednokomorowa jest w rozmiarze 38x40 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 56.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 56

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw, w którym taśma typu rzep jest w wymiarze 2,5x20/24 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 56.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 56

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/- 0,5 g/m²)? Wokół pola operacyjnego łaty chłonne, całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m² (+/- 0,5 g/m²). Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry pozostawia zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 56.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/- 0,5 g/m²), odporność na przenikanie płynów min. 125 cm H₂O? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry pozostawia zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 57.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.