

Konin, 07.04.2025 r.

WSZ-EP-54/2024/228/25**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania****Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-54/2024****Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ – nr 43**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający udziela niezwłocznie wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ” oraz udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Pakiet 33

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o poniższych właściwościach:

- Wykonany z wysokiej jakości EVA oraz PP
- Uniwersalne połączenie 22M/15F oraz 22F umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów oraz urządzeń do wentylacji mechanicznej lub aparatu do znieczulenia
- Regulowana długość obwodu umożliwiająca dopasowanie długości układu oddechowego oraz optymalizację przestrzeni martwej
- Rozciągliwe ramiona o długości maksymalnej 160 cm, połączone łącznikiem Y
- Rozłączalne kolanko z portem Luer-Lock z koreczkiem
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 37

Czy Zamawiający dopuści

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z tym, że powyższe pytanie jest niekompletne Zamawiający nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi.

Pakiet 41

Czy w miejsce opisanego opatrunku Zamawiający dopuści opatrunek o poniższym opisie?
Przylepiec stabilizujący do rurki intubacyjnej. Skład zestawu: 2 podkładki i 1 pasek o dł. 16 mm x 40 cm. Podkładki z samoprzylepnej włókniny z mikroperforacjami i warstwą rzepu na stronie wierzchniej. Pasek z włókniny, mocowany do warstwy rzepa podkładki. W środkowej części paska przylepne pole, dla lepszej stabilizacji rurki. Kolor biały, niejałowy? Zdjęcie poglądowe poniżej:

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 46

Czy w miejsce opisanego prześcieradła Zamawiający dopuści podkład o poniższym opisie?
Podkład chłonny oddychający na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225 cm z wkładem chłonnym 60 x 203cm $\pm 2,5$ cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 36 g, dwóch warstw celulozy 33,25 g, pulpy celulozowej 249,3 g z superabsorbentem SAP 30,45 g, warstwa zewnętrzna (spodnia) 117 g. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii: MRSA, E.Coli. Podkład umożliwia przenoszenie pacjenta do 230 kg. Waga całkowita podkładu 470 g ± 5 g, chłonność 5267,5 g; opakowanie 5 szt.
Opakowanie posiada uchwyt umożliwiający przenoszenie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 53

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe zawierający śladowe ilości ftalanów?

- wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowszych technologii
- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką
- elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml $\pm 0,1$ ml

- hydrofilowy filtr cząsteczkowy Liquid Lock o wielkości oczek 8 μ m, automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory. Zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu
- miękki i elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków
- precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorną oraz zaczep na dren do podwieszenia
- uniwersalne zakończenie Luer-Lock
- koreczek Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 5 lat
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 57

Czy Zamawiający dopuści bezpieczny przyrząd do infuzji o właściwościach:

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z tym, że powyższe pytanie jest niekompletne Zamawiający nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi.

Pakiet 58

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z regulatorem o właściwościach:

- wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie
- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- regulacja od 5 do 250 ml/h (granatowe cyfry na białym tle) dla lepkości poniżej 10% oraz regulacja od 5 do 200 ml/h (białe cyfry na granatowym tle) dla lepkości 10%-40%
- możliwość całkowitego zamknięcia (OFF) i otwarcia (ON) przepływu
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką
- komora kroplowa oraz dren wykonane z PCV bez zawartości ftalanów
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml $\pm$ 0,1 ml;
- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 μ m
- miękki i elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków
- uniwersalne zakończenie luer-lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu
- precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorną i zaczep na dren do podwieszenia
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- jednorazowego użytku
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów

- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 3 lata
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 63

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy wykonany z wysokiej jakości medycznej PCV?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 63, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z tym, że powyższy opis nie dotyczy przedmiotu zamówienia uwzględnionego w Pakiecie 63 Formularza asortymentowo-cenowego, Zamawiający nie udziela odpowiedzi na zadane pytanie.

Pakiet 63, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy?

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z tym, że powyższy opis nie dotyczy przedmiotu zamówienia uwzględnionego w Pakiecie 63 Formularza asortymentowo-cenowego, Zamawiający nie udziela odpowiedzi na zadane pytanie.

Pakiet 80

Czy w miejsce opisanego opatrunku Zamawiający dopuści opatrunek o poniższym opisie?
Opaska stabilizująca składająca się z dwóch części wykonana z delikatnej hydrofobowej włókninie w kolorze cielistym. Na każdej części występują paski mocujące z jednostronnie naniesionym rzepem umożliwiające zamocowanie jej do skrzydełek mocujących rurkę tracheostomijną. Krótsza część opaski stabilizującej dodatkowo wyposażona jest w drugi rzep zamocowany umożliwiający dopasowanie i określenie całkowitej długości opaski stabilizującej rurkę tracheostomijną, opakowanie papier - folia, niejałowa. Opaska tylko w dwóch rozmiarach tj. "25cm x 2,0 cm dla dzieci, 43cm x 2,5 cm dla dorosłych"?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 83, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator o następujących właściwościach:

W skład zestawu wchodzi:

- resuscytator
- maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem
- rezerwuar tlenu
- przewód tlenowy
- Worek samorozprężalny
- Ergonomiczny kształt oraz porowata powierzchnia worka umożliwiając pewny chwyt
- Konstrukcja umożliwiająca zmniejszenie rozmiaru podczas przechowywania/transportu
- Zastawki wykonane z silikonu
- Wszystkie modele wyposażone w zawór ograniczający ciśnienie wykonany z wytrzymałego poliwęglanu
- Maski anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem z zaworem umożliwiającym dostosowanie stopnia wypełnienia maski do indywidualnych potrzeb pacjenta
- Przezroczyste sklepienie maski pozwala na ciągłą obserwację stanu pacjenta
- Rezerwuar tlenu wykonany z EVA i PP o pojemności 1600 ml dla rozmiarów pediatrycznych, 2000 ml dla dorosłych
- Dren tlenowy o długości 210 cm wzmocniony paskami wzdłużnymi na całej długości, odporny na zagięcia
- Wystandardyzowane złącze pacjenta 15F/22M
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Niesterylne
- Termin ważności: 3 lata
- Pakowanie podwójne: 1 sztuka/folia i kartonik

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 84, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dotętniczą z poliuretanu z zaworem on/off?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 94, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem 30ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 96, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 42cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 96, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści następujący cewnik:

- Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu medycznego
- Cewnik przezroczysty z linią kontrastującą w RTG
- Wyposażony w miękkie, symetryczne, jednolicie wypełniany balon o pojemności 5-10 cc/ml
- Gładka, dokładnie wyprofilowana powierzchnia zewnętrzna cewnika sprzyja ograniczeniu urazów przy zakładaniu i wycofywaniu cewnika
- Dostępny w dwóch rozmiarach: CH 12 oraz CH14

- Dostępny także w wersji „pig-tail”
- W zestawie również: rozdzierany trokar, znacznik głębokości, zacisk n cewnik, zatyczka cewnika
- Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu
- Podwójnie pakowany: wewnątrz folia, zewnątrz papier/folia ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 96, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarach:

Rozmiar	Balon	Długość
18 FR 20 FR	50-80 cc/ml	420 mm
22 FR 24 FR	80-100 cc/ml	
		?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 108, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy w rozmiarach: CH20, CH21, CH24, CH26, CH27, CH30, CH33?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 110, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren Redona z czytnikiem głębokości w odległości 5cm od zakończenia perforacji, o długości 700mm lub 1700mm w rozmiarach CH8 do CH18?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 113, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści całkowitą długość końcówki 260 mm? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje, że powyższa długość końcówki jest zgodna z opisem Zamawiającego.

Pakiet 115, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę opakowania zbiorczego a'40szt. szczotek pakowanych pojedynczo z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 120

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania w opakowaniu papier-folia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 121, pozycja 1.3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę G20 w jednym rozmiarze o długości 32mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 121, pozycja 1.4

Czy Zamawiający dopuści kaniulę G18 w jednym rozmiarze 45mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 121, pozycja 1.6

Czy Zamawiający dopuści kaniulę G14 w rozmiarze 2,0x45mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 121, pozycja 1.7

Czy Zamawiający dopuści kaniulę G16 w rozmiarze 1,7x45mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 121, pozycja 1.1-1.7

Czy Zamawiający dopuści kaniule z filtrem hydrofobowym zabezpieczającym przed wypływem krwi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pakiet 121, pozycja 1.1-1.7

Czy Zamawiający dopuści kaniule z portem umieszczonym jak na poniższym zdjęciu:



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 121, pozycja 1.1-1.7

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 122, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 122, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 122, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczym zabezpieczeniem przed wypadnięciem tłoka?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 122, pozycja 5, 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 123, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 124, pozycja 1-9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 124, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę dostępną tylko w rozmiarze 0,3x13mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 124, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igłę dostępną tylko w rozmiarze 0,4x19mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 124, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igłę 0,45 o różnych długościach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 124, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści igłę dostępną tylko w rozmiarze 1,6x40mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 125, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły do pobierania leków z fiolki tępe ścięte pod kątem 40 stopni, dostępne tylko w rozmiarze 18G 1,2x40?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 125, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igły do pobierania leków z fiolki z filtrem tępe ścięte pod kątem 40 stopni, dostępne tylko w rozmiarze 18G 1,2x40?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 125, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 127, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igłę biorcza wykonaną z wzmocnionego ABS bez włókna szklanego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 127, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę zestawu do przetaczania płynów i leków światłoczułych (przyrząd do infuzji + osłonka na butelkę / worek) jako dwie oddzielne pozycje ze względu na rozbieżną stawkę podatku VAT?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pakiet 127, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści worek w kolorze zielonym w rozmiarze 200x300mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pakiet 127, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści igłę biorcza dwukanałowo ściętą czteropłaszczyznowo wykonaną z wzmocnionego ABS bez włókna szklanego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 127, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści igłę biorcza dwukanałowo ściętą czteropłaszczyznowo wykonaną z wzmocnionego ABS bez włókna szklanego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 129, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=250szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 129, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 129, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści koreczek dostępny tylko w 1 kolorze?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 130, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o objętości wypełnienia 0,09ml, przepływie 350ml/min wytrzymałości na ciśnienie 44PSI

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 130, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do wielokrotnego pobierania płynów i leków z filtrem powietrza 0,1µm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa powyższego.

Pakiet 130, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do wielokrotnego pobierania płynów i leków bez zastawki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 133, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek ze skalą pomiaru co 100ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 139, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren zawierający śladowe ilości ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 149, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 3ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 149, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści skalowanie co 0,2ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 149, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści skalowanie co 0,5ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 149, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki zawierające PCV?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 153, poz. 1

Czy w miejsce opisanego czepek Zamawiający dopuści czepek o poniższym opisie?

Jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy i oczyszczania włosów bez użycia wody. Wykonany z wiskozy, poliestru i polietylenu, rozmiar uniwersalny. Nie zawiera lateksu. Zawierający substancję, która zapobiega elektryzowaniu się włosów. Możliwość podgrzania w mikrofalówce. Laminowane opakowanie typu flow wrap. Zapachowy, zapakowany pojedynczo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 153, poz. 2

Czy w miejsce opisanego czepek Zamawiający dopuści czepek o poniższym opisie?

Czepek do mycia włosów został opracowany specjalnie dla osób obłożnie chorych. Szampon i odżywka w czepku do mycia włosów są łagodne i delikatne dla skóry i włosów. Przed użyciem zalecamy podgrzanie czepek do mycia włosów w kuchence mikrofalowej — zapewnia to dodatkowy komfort i przyjemne uczucie, które przypomina prawdziwą kąpiel. Nasza czepek to łatwe i skuteczne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie czyste i świeżo umyte włosy. Składniki techniczne: Aqua, Capryloyl Glycine, Glycerin, Disodium Cocoamphodiacetate, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Aloe Vera Extract, DL-Panthenol, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Caprylyl Glycol, Potassium sorbate/sodium Citrate, czepek o średnicy 32cm, wykonany z poliestru i wiskozy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.