

Odpowiedź na Zapytanie 2

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 770 / 576 /25

Data: 05.03.2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Zakup i dostawę ambulansu typu C na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak sprawy: 711/2025 w ramach realizacji projektu nr LTPL00130, pn. „Likwidacja zaniedbań w diagnostyce i leczeniu nowotworów, w szczególności poprzez wzmocnienie usług zdrowotnych na pograniczu polsko-litewskim” dofinansowanego w ramach programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1

Pytanie dotyczące: Nasze główne zestaw

Czy Zamawiający dopuszcza nasze o poniższych parametrach:

- Regulacja wysokości na 7 poziomach
- Wysokość załadunkowa 70 cm
- Podwójne zabezpieczenie transportera do podłogi - dwa zamki zatrzaskowe mocujące nasze
- Zabezpieczenie przed samoczynnym opuszczeniem się transportera podczas wciśnięcia dźwigni zwalniającej
- Funkcja unoszenia transportera bez użycia dźwigni
- Pośrednie kółka załadunkowe, ograniczają konieczność unoszenia podczas wprowadzania lub wyprowadzania transportera
- Możliwość montażu noszy w obu kierunkach
- Cztery kółka jezdne, antystatyczne o średnicy 152 mm
- Dwa kółka tylne z hamulcami
- Dwa kółka przednie z blokadą położenia do jazdy na wprost
- Odblaskowe elementy ramy zwiększające bezpieczeństwo
- Nakładki ochronne goleni przednich i tylnych
- System automatycznego składania się przedniej goleni podczas załadunku
- Wykonane z anodyzowanego aluminium, dodatkowo lakierowane, zabezpieczone przed korozją, nie brudzą rąk i ubrań



- Płynnie regulowane oparcie pleców z siłownikiem gazowym, regulowane do 90°
- Możliwość załadunku głową lub nogami w kierunku jazdy
- Wieloczęściowy materac transportowy z tworzywa sztucznego z wycięciami na pasy, przystosowany do dezynfekcji, w komplecie z odpinanym podglówkiem
- Nosze wyposażone w podnózek
- Dedykowane kolorowe dźwignie do bezpiecznej obsługi noszy
- Możliwość ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej, pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha, pozycji półsiedzącej, udrażniającej drogi oddechowe
- Podglówek regulowany w 3 pozycjach: na wznak, z odgięciem głowy do tyłu, przygięciem głowy do przodu
- W komplecie zestaw pasów szelkowych + 2 pasy zabezpieczające poprzeczne. Wszystkie pasy z regulacją długości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem, że wskazany w pytaniu asortyment musi być zgodny z normami: PN EN 1865 lub równoważne oraz PN EN 1789 lub równoważne.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

