



Informacja o pytaniach do SWZ

Zamawiający: Politechnika Warszawska, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
Nr postępowania: SZPiZ.261.19.2025
Nazwa postępowania:
Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j (Dz.U. z 2024 poz. 1320) Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, działając w imieniu Zamawiającego informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

Dotyczy załącznika cenowego, zadania 4, pozycji 7, Aneksyna V sprzężona z APC do cytometrii przepływowej

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produkty Thermo Fisher Scientific , nr kat. A35110, Annexin V, APC conjugate (APC Annexin V)?

Produkt o ekscytacji/ emisji 650/660.

Produkt jest knfekcjonowany w opakowaniu zawierającym 250 ul, na 50 reakcji.

W razie pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie ilości opakowań.

Więcej informacji o produkcie na stronie producenta: (.....)

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaoferowanie ww. produktu. Wynika to z założeń projektu badawczego.

Pytanie 2:

Dotyczy rozdziału IV SWZ, ust. 2, punkt c i d, zał nr 2 do SWZ, ust. 1, punkt 8 i 9 oraz wzoru umowy §4 ustęp 1 – zadanie 4, produkt z pozycji 3

Zamawiający zapisał w SWZ:

„c) posiadać okres ważności nie krótszy niż 12 miesięcy;

d) być objęte gwarancją min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru”

Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„c) posiadać okres ważności nie krótszy niż 12 miesięcy **za wyjątkiem produktu z pozycji 3 zadania 4 dla którego to okres ważności będzie wynosił minimum 6 miesięcy;**

d) być objęte gwarancją min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru **za wyjątkiem produktu z pozycji 3 zadania 4 dla którego to gwarancja będzie wynosiła minimum 6 miesięcy”**

Odczynnik wymieniony w pozycji 3 zadania 4 charakteryzuje krótszy niż zakłada Zamawiający termin ważności czy gwarancji. Brak zgody Zamawiającego uniemożliwi nam udział w postępowaniu. W przypadku zgody Zamawiającego, prosimy o stosowną korektę w/w dokumentów.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający zmienia zapisy SWZ w zakresie:

- **Rozdziału IV SWZ, ust. 2, punkt c i d SWZ dla zadania nr 4 otrzymuje brzmienie:**

„c) posiadać okres ważności nie krótszy niż 12 miesięcy *za wyjątkiem produktu z pozycji 3 dla którego to okres ważności będzie wynosił minimum 6 miesięcy;*

d) być objęte gwarancją min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru za wyjątkiem produktu z pozycji 3 dla którego to gwarancja będzie wynosiła minimum 6 miesięcy”

- załącznika nr 2 do SWZ, ust. 1, punkt 8 i 9, które otrzymuje brzmienie:

8. Oferowany przedmiot umowy ma okres ważności nie krótszy niż³⁾ (min. 12) miesięcy. W przypadku Zadania nr 4 posiadać okres ważności nie krótszy niż 12 miesięcy za wyjątkiem produktu z pozycji 3 zadania 4 dla którego to okres ważności będzie wynosił minimum 6 miesięcy;

9. Udzielamy na zaoferowany przedmiot zamówienia gwarancji na okres³⁾ (min. 12) miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. W przypadku zadania nr 4 być objęte gwarancją min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru za wyjątkiem produktu z pozycji 3 zadania 4 dla którego to gwarancja będzie wynosiła minimum 6 miesięcy”

- załącznika nr 4 do SWZ § 4 ustęp 1 – zadanie 4, produkt z pozycji 3 w brzmieniu:

Dostarczane odczynniki muszą być wyrobami wysokiej jakości, fabrycznie nowymi, wolnymi od wad materiałowych i prawnych. Wykonawca udziela gwarancji na towar będący przedmiotem niniejszej umowy na okres 12 miesięcy za wyjątkiem produktu z pozycji 3 zadania 4 dla którego to okres ważności będzie wynosił minimum 6 miesięcy”(dotyczy zadanie nr 4).

Pytanie 3:

Dotyczy rozdziału VI SWZ, ust. 1 – zadanie 4.

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy w ramach zadania 4 z 7 dni na do 21 dni.

Prośbę naszą motywujemy tym, iż odczynniki wymienione w zadaniu 4 są produkowane i magazynowane poza granicami kraju. Ich producent deklaruje czas dostawy do 21 dni.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający zmienia zapisy SWZ w zakresie:

- Rozdział VI SWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie **do 7 dni** od daty zawarcia umowy (dotyczy zadania nr 1, 2, 3, 5). Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie **do 21 dni** od daty zawarcia umowy (dotyczy zadania nr 4)”

Pytanie 4:

W związku z zadaniem 1, uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawów o innej wielkości opakowania

w poz. 9 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu umożliwiającego 300 izolacji,

w poz. 10 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu umożliwiającego 25 izolacji,

w poz. 11 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu umożliwiającego 50 izolacji?

W związku z zadaniem 4, uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawów o innej liczbie izolacji niż wskazana w SIWZ:

w poz. 5 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 2-ch opakowań po 1 ml

w poz. 7 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu umożliwiającego 100 reakcji ?

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ww. zestawów. Wynika to z założeń projektu badawczego.

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

prof. dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka
Dziekan Wydziału Chemicznego PW