

Konin, 07.04.2025r.

WSZ-EP-63/24/238/2025

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania****Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej” (nr sprawy: WSZ-EP-63/2024).

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Dot. asortymentu:**1. Pakiet 2:** Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- serweta trójwarstwowa podłużna główna do kraniotomii o gramaturze 73 g/m² 320x240 cm z otworem 25x20 z folią chirurgiczną i workiem na płyny cm 1 szt.
- serweta trójwarstwowa o gramaturze 73 g/m² 60x50 cm z przylepcem 60 cm 4 szt.
- taśma medyczna 9x50 cm przylepna 2szt.
- serweta na stół instrumentalny 190x150 cm , warstwa chłonna o szer. 66 cm, gramatura 84 g/m², chłonność warstwy chłonnej 400% 1szt.
- serweta na stół MAYO 145x80 cm, warstwa chłonna 85x76 cm, gramatura włókniny 30 g/m², grubość folii 50 um (folia piaskowana), łączna gramatura 82 g/m², chłonność warstwy włókninowej 500% 1szt.
- kompres włókninowy 40g 4W 40x20 cm 2szt.
- pojemnik plastikowy niebieski okrągły 500 ml wys. 6 cm śr. denka 9,5 cm z podziałką co 100 ml 2 szt.

Laminat obłożenia wykonany z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej i włókniny polipropylenowej (łączenie klej typu hotmelt) o gramaturze 73 g/m². Laminat o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 191 cm H₂O. Laminat o odporności wytrzymałość na wypychanie - na sucho na poziomie min. 108 Kpa. Laminat o odporności wytrzymałość na wypychanie - na mokro na poziomie min. 100 kPa. Laminat o chłonności badanej wg. PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min.335,6 % i 245 ml/m² Laminat o nasiąkliwości (metodą run off) wg. PN-EN ISO 9073-11 na poziomie min. 30,73 % Laminat o sile delaminacji włóknina wiskozowa/folia na poziomie min. 0,72 N/25mm włóknina polipropylenowa/folia na poziomie min. 0,21 N/25mm. Proces wytwarzania laminatu musi być wolny od substancji szkodliwych m.in. ftalanów, PFAS oraz wzbudzających szczególne obawy z tzw. listy kandydackiej REACH.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 2.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

2. Pakiet 17: Czy zamawiający dopuszcza zestaw uniwersalny o składzie:

- serweta z przylepcem 240x150 1 szt.
- serweta z przylepcem 180x170 1 szt.
- serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku 90x75 2 szt.
- taśma medyczna 50x9 1 szt.
- serweta na stół instrumentariuszki 190x150 1 szt.
- serweta na stolik Mayo 145x80 1 szt.
- serwetki do rąk 40x20 2 szt.

Serwety wykonane z laminatu 2 warstwowego o gramaturze 47g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-1:2019-05 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 277cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 189/186 kPa. Chłonność min. 286%, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 17.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

3. Pakiet 19: Czy Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 150x200 o parametrach:

laminat 2 warstwowy o gramaturze 47g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-1:2019-05 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 277cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 189/186 kPa. Chłonność min. 286%, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

4. Pakiet 19: Czy Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 150x200 o parametrach:

laminat 2 warstwowy o gramaturze 55g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-1:2019-05 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 309cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 247/241 kPa. Chłonność min. 397%, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 19.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

5. Pakiet 20: Czy Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 75x90 z taśmą samoprzylepną o parametrach:

laminat 2 warstwowy o gramaturze 55g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-1:2019-05 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 309cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 247/241 kPa. Chłonność 397%, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 20.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

6. **Pakiet 21:** Czy Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 90x130 o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 47g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-1:2019-05 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 277cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 189/186 kPa. Chłonność 286%, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

7. **Pakiet 21:** Czy Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 90x150 o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 55g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-1:2019-05 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 309cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 247/241 kPa. Chłonność 397%, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 21.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

8. **Pakiet 22:** Czy zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 150x120 z taśmą samoprzylepną wokół otworu o średnicy 7 cm o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 55g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-1:2019-05 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 309cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 247/241 kPa. Chłonność 397%, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 22.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

9. **Pakiet 23:** Czy Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 150x200 z taśmą samoprzylepną wokół otworu 7x10 cm o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 55g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-1:2019-05 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 309cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 247/241 kPa. Chłonność 397%, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 23.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

10. **Pakiet 24:** Czy Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 75x90 o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 47g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-1:2019-05 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 277cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 189/186 kPa. Chłonność 286%, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 24.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

11. **Pakiet 26:** Czy Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 75x90 z taśmą samoprzylepną wokół otworu o średnicy 8 cm o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 47g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-1:2019-05 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 277cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 189/186 kPa. Chłonność 286%, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 26.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

12. **Pakiet 29** Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o gramaturze 55 g/m² 100x150 cm z otworem prostokątnym 9x11 cm przylepnym? Opakowanie zbiorcze (karton). Pozostałe parametry SWZ bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry pozostawia zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 29.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Dot. wzoru umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 8 ust. 1 pkt 1). wzoru umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje tego postanowienia umowy, na rynku wysokość kar umownych kształtuje się w sposób zróżnicowany, a ewentualna kara umowna ma przede wszystkim służyć należytemu wywiązaniu się Wykonawcy z umowy.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.