

Abbott Ireland Diagnostics Division,
Lisnamuck,
Longford,
Co. Longford, Ireland

Nazwa produktu: Microalbumin
Numer na liście: 08P0424
Numer partii: 74093UD00
Numer partii odczynnika: 74093UD00
Data ważności: 2026-12-16
SCP / rewizja : 8P040024/005

Nazwa komponentu	Numer listy	Numer partii	Data produkcji	Data ważności
uAlb RI	08P04R	74091UD00	2024-12-17	2026-12-17
uAlb R2	08P04T	74092UD00	2024-12-16	2026-12-16

Tabela akceptacji: średnie stężenie (µg/ml)

Opis	Dolna granica	Górna granica	Wartość	Wynik
REF_Kontrola_L_1	27.00	33.00	29.95	Do przyjęcia
REF_Kontrola_N_2	81.90	98.10	89.29	Do przyjęcia
REF_Kontrola_3	13.4	17.4	14.4	Do przyjęcia
REF_Kontrola_L_4	143.7	177.3	152.5	Do przyjęcia
REF_Kontrola_LH*	360.00	440.00	398.86	Do przyjęcia

*Średnie kryteria akceptacji stężenia REF_Control 1_LH wynoszą $\pm 10,00\%$ od oczekiwanej wartości REF_Kontrola_LH wynoszącej 400 µg/ml zgodnie z SCP 8P040024

Produkt ten został wytworzony, łącznie z opakowaniem i kontrolą jakości, w pełnej zgodności z normą ISO 13485, dyrektywą IVD 98/79/WE oraz wytycznymi GMP, w stosownych przypadkach.

Uwaga: Specyfikacje w tym certyfikacie odzwierciedlają wewnętrzne specyfikacje firmy Abbott. Podczas wykonywania testu w laboratorium obowiązują specyfikacje wymienione w ulotce dołączonej do opakowania.