



Franklab®

notre expertise l'Ultra-Propreté

PODSUMOWANIE MIKROBÓJCZEGO DZIAŁANIA

ENZYMEX L9

Norma	Warunki	Szczepy testowe	Redukcja	Stężenie	Czas kontaktu	Temperatura
BAKTERIOBÓJCZOŚĆ						
EN 13727	brudne	Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Enterococcus.hirae	> 5log	0,5%	5 min.	20°C
EN 14561	brudne	Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Enterococcus.hirae	> 5log	0,5%	10 min.	20°C
PRAŃKOBÓJCZOŚĆ						
EN 14348	brudne	Mycobacterium terrae	> 4log	5%	10 min.	20°C
				2%	60 min.	
EN 14563	brudne	Mycobacterium terrae	> 4log	5%	10 min.	20°C
				2%	60 min.	
GRZYBOBÓJCZOŚĆ / DROŹDŹAKOBÓJCZOŚĆ						
EN 13624	brudne	Candida albicans	> 4log	0,5%	5 min.	20°C
EN 14562	brudne	Candida albicans	> 4log	0,5%	10 min.	20°C
WIRUSOBÓJCZOŚĆ						
EN 14476	brudne	Wirus PRV (modelowy wirus Hepatitis B)	> 4log	0,5%	5 min.	20°C
EN 14476	brudne	Wirus BVDV (modelowy wirus Hepatitis C)	> 4log	0,5%	10 min.	20°C
EN 14476	brudne	Wirus HIV	> 4log	0,5%	10 min.	20°C
EN 14476	brudne	Wirus Herpes	> 4log	0,5%	10 min.	20°C
EN 17111	brudne	Wirus Vaccinia	> 4log	0,5%	10 min.	20°C

FRANKLAB SAS

3 av. des Frênes - ZA de l'Observatoire
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tél. 01 39 44 93 40 - Fax 01 39 44 93 41
@Internet : <http://www.franklab.com>

Aktualizacja: 01/02/2023

www.sterifrance.com
Tel +33 (0)1 39 44 93 40
Fax +33 (0)1 39 44 93 41
contact@sterifrance.com



N° de Version: 000 000 000 - APE 2041Z
3 avenue des Frênes - 78180 Montigny le Bretonneux - France
S.A.S. au capital de 1 000 000 € - RCS Versailles 76 B 635 - SIRET 306 563 206 00052 - APE 2041Z - TVA FR38306563206