

Katowice, dn. 26.05.2025r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonym na DOSTAWĘ PRZYRZĄDÓW CHIRURGICZNYCH, Nr sprawy: ZP-25-045UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1, Pakiet nr 1 poz. a

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności nieresorbowalne siatki ultralekkie z przędzy polipropylenowej monofilamentowej o gramaturze 35,0 g/m², kolor przędzy transparentny i niebieskie paski orientujące, grubość siatki 0,32 mm ± 0,05 i wielkość porów ok. 1,3 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje swoje wymagania.

Pytanie 2, Pakiet nr 1 poz. b-d

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności nieresorbowalne siatki ultralekkie z przędzy polipropylenowej monofilamentowej o gramaturze 25,0 g/m², kolor przędzy transparentny i niebieskie paski orientujące, grubość siatki 0,31 mm ± 0,05 i wielkość porów ok. 3,0 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje swoje wymagania.

Pytanie 3, dotyczy projektu umowy

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia postanowienia projektu umowy dotyczącego limitu kar umownych, poprzez obniżenie limitu kar umownych do 20%.

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 4, dotyczy projektu umowy

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 4 ust. 2 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie:

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto umowy niezrealizowanej części/pakietu, którego dotyczy odstąpienie

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 5, dotyczy projektu umowy

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 2 ust. 12 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie:

„Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego (w okresie obowiązywania umowy) w terminie 7 dni roboczych od pisemnego wezwania, zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających sklasyfikowanie jako wyrób medyczny i spełnianie wymogów określonych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych lub Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (jeżeli dotyczy) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych z uwzględnieniem właściwych przepisów przejściowych tj.(...)”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.