



UNIwersytet
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.

Bogusław Stec

KANCLERZ

UWM.DZP.243.829.2025
Nr postępowania 139/2025/TP/DZP

Olsztyn 05 maj 2025 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa odczynników chemicznych oraz drobnych akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.”

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

Dotyczy Części nr 8 – SWZ Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych pkt. 2 ppkt. 2.1
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kart charakterystyki substancji niebezpiecznych czy dokumentu typu katalog, folder, instrukcja, który będzie zawierać m.in. nazwę producenta, charakterystykę i opis właściwości.

Odpowiedź:

Wykonawca który składa ofertę równoważną, składa wraz z ofertą karty charakterystyki oferowanego produktu zawierające m.in. nazwę producenta, charakterystykę i opis właściwości; karty charakterystyki. Karta charakterystyki ma potwierdzić zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia .

Pytanie nr 2:

Dotyczy Części nr 8 – Załącznik nr 4 do SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY § 1 pkt. 9

Czy jeśli Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych nie są wymagane dla odczynników ofertowanych w Części nr 8 należy załączyć do oferty stosowne oświadczenie Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy pochodzi z bieżącej produkcji i posiada wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które wykonawca zobowiązuje się przedstawić, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa polskiego lub zażąda tego zamawiająca jednostka organizacyjna z dostawą przedmiotu umowy.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara za opóźnienie w dostawie, którą może dochodzić Zamawiający wynosiła 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 4:

Dotyczy Części nr 8 poz. 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy odczynników krwiopochodnych zgodnie z Harmonogramem dostaw określonym przez producenta RCKiK Katowice?

Krwinki produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dawcy o odpowiednich fenotypach mogą oddać krew tylko 6 razy w roku pod warunkiem, że przejdą pozytywnie badania wymagane w Banku Krwi. Zatem pozyskanie dawców i cykl pobrań narzuca wytwórcom odczynników krwiopochodnych reżim produkcji w równych odstępach comiesięcznych. Tym bardziej ,że produkt posiada termin ważności od 4-5 tygodni.

UNIwersytet WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44 kanclerz@uwm.edu.pl
fax (89) 523 43 66 www.uwm.edu.pl



UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.

Bogusław Stec

KANCLERZ

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że wyraża zgodę na dostawę odczynników krwiopochodnych zgodnie z Harmonogramem dostaw określonym przez producenta RCKiK Katowice. Zamówienie należy złożyć do 31 października 2025. Termin realizacji zamówienia 14 dni począwszy od 3 listopada 2025 r.

Pytanie nr 5:

Dotyczy Części nr 8 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw krwinek wzorcowych z terminem ważności 4-5 tygodni od daty dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuści zestaw krwinek wzorcowych z terminem ważności 4-5 tygodni od daty dostawy. Zgodnie z Harmonogramem RCKiK w Katowicach zamówienie należy złożyć do 31 października 2025. Termin realizacji zamówienia 14 dni począwszy od 3 listopada 2025 r.

Pytanie nr 6:

Pytania do Załącznik nr 1 do SWZ- formularz opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w Części nr 8 w poz.5 wymaga Odczynnik monoklonalny anty -A klon 1185 czy klon A-11H5 ?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że wymaga odczynnika monoklonalnego anty -A klon A-11H5 .

Pytanie nr 7:

Czy w Części nr 8 w poz. 5 Zamawiający pozwoli na zaoferowanie Odczynnika monoklonalnego anty -A klon A-11H5 ?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że pozwoli na zaoferowanie Odczynnika monoklonalnego anty -A klon A-11H5.

Pytanie nr 8:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w Części nr 8 w poz.8 wymaga płyt do oznaczeń grup krwi na 30 testów 5x6 cełek?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że wymaga płyt do oznaczeń grup krwi na 30 testów 5x6 cełek.

Z poważaniem

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec

(podpisano elektronicznie)

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia/ formularz cenowy- po zmianach w zakresie części 8.

Sprawę prowadzi:

Sylwia Niemiec

Tel. +48 89 524 51 11

e-mail: sylwia.niemiec@uwm.edu.pl

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44

fax (89) 523 43 66

kanclerz@uwm.edu.pl

www.uwm.edu.pl