

Konin, 07.04.2025r.

WSZ-EP-63/24/248/2025

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania****Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej” (nr sprawy: WSZ-EP-63/2024).

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pakiet 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów wzmocnionych wykonanych z włókniny SMMMS o parametrach:

- wytrzymałość na rozciąganie w obszarze krytycznym min. (sucho/mokro) 101/104 N
- Wytrzymałość na wypychanie – na sucho: dla strefy krytycznej 138 kPa, dla strefy mniej krytycznej >89 kPa

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry pozostawia zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 6.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów wykonanych z włókniny SMMMS o parametrach:

- wytrzymałość na rozciąganie min. (sucho/mokro) 92/98 N
- wytrzymałość na wypychanie – na sucho: dla strefy krytycznej >87 kPa, dla strefy mniej krytycznej >49 kPa
- wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej > 98 kPa

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów wykonanych z włókniny SMMMS o parametrach:

- wytrzymałość na rozciąganie min. (sucho/mokro) 92/98 N
- wytrzymałość na wypychanie – na sucho: dla strefy krytycznej >87 kPa, dla strefy mniej krytycznej >49 kPa

- wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej > 98 kPa
Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu uniwersalnego wzmocnionego o parametrach:

d) czerwona osłona na stół Mayo wykonana z folii PE o grubości 0,065 mm składana teleskopowo rozmiar 80 x 145cm z warstwą chłonną 60 x 145cm, o gramaturze 40g/m² - 1szt.

f) ściereczki chłonne celulozowe 30 x 40 cm o gramaturze min. 65 g/m², wzmacniane syntetyczną nitką - 4 szt.

g) serweta owinięcie 140 x 190 cm wzmocnienie w strefie krytycznej 80 x 190 cm - przykrycie na stół instrumentalny - 1szt.

Wymagania:

- odporność na wypychanie na sucho/mokro minimum: 180/170 kPa w strefie krytycznej

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 10.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 11

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do zabiegów ginekologicznych o parametrach:

a) serweta o wymiarach 250/312x290cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem 9x12 cm oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów o wym. 68x50cm z sitem, zaworkiem spustowym i kształtownikiem

d) ściereczka chłonna celulozowa 30 x 40 cm o gramaturze min. 65 g/m², wzmacniana syntetyczną nitką - 1 szt.

Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa / folia polietylenowa).

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 11.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania osłony na stół Mayo z warstwą chłonną o wymiarach 60x145 cm; rozmiar całkowity osłony 80x145 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 13.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 16

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania ściereczek/ręczników celulozowych o wymiarach 30x40 cm, gramatura min. 50 g/m². Pakowane po 2 szt. - z podaniem ceny jednostkowej za opakowanie a'2 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 17

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu podstawowego o składzie i parametrach jak poniżej:

Skład:

- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50g/m², wzmocniona włókniną polipropylenową 30 g/m² na powierzchni 80x190 cm
- 1 x czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo
- 1 x serweta przylepna 150x240cm
- 1 x serweta przylepna 170x180cm
- 2 serwety przylepne 75x90cm
- 1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 x ręczniki celulozowe wzmocnione nitką syntetyczną 30x40cm

Serwety wykonane z laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 62 g/m². Odporność na przenikanie cieczy - min. 240 cm H₂O. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro - min. 344/206 kPa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 17.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 21

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety o wymiarach 100x150 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 62 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 240 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 340/206 kPa, wydajność chłonna 186 ml/m². Zapakowane pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG do wklejenia do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry pozostawia zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 21.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 22

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety o wymiarach 120x150 cm z przylepnym otworem o średnicy 7 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 62 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 240 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 340/206 kPa, wydajność chłonna 186 ml/m². Zapakowane pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG do wklejenia do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry pozostawia zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 22.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 24

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety o wymiarach 75x90 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 62 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 240 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 340/206 kPa, wydajność chłonna 186 ml/m². Zapakowane pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG do wklejenia do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry pozostawia zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 24.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 26

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety o wymiarach 75x90 cm z przylepnym owalnym otworem o wymiarach 6x8 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 62 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 240 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 340/206 kPa, wydajność chłonna 186 ml/m². Zapakowane pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG do wklejenia do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry pozostawia zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 26.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 29

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety włókninowej jałowej 100x150 cm z przylepnym otworem owalnym o wymiarach 9x12 cm, wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej o gram. min. 62 g/m². Serweta w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Serweta nie zawiera lateksu – potwierdzone w karcie katalogowej. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Serwety zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz normami EN 13795-1, EN ISO 11135.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry pozostawia zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 29.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.