

Konin, 07.04.2025r.

WSZ-EP-63/24/242/2025

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania****Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej” (nr sprawy: WSZ-EP-63/2024).

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 47 sterylne zestaw do kardioabblacji, wymogi normy PN-EN 13795 o składzie:

1. 1 x serweta angiograficzna z włókniny sms w rozm. 220 x 330 cm z 2 otworami do tt. udowej o średnicy 10 cm z przezroczystą folią wchodzącą w światło otworu (sam otwór śr. 7,3cm), otwory umieszczone 80 cm od górnego brzegu chusty.
- Warstwa wysokochłonna w polu zabiegowym o wym. 75x200 cm. Krawędź przezroczysta z prawej strony do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego 70x330 cm.
2. 1 x chusta 75 x75 cm z otworem lepny o śr. 9 cm oraz paskiem lepny na jednej krawędzi
3. 1 x chusta 75 x90 cm
4. 1 x serweta absorbująca o wysokiej chłonności płynów 40 x 60 cm
5. 1 x fartuch wzmocniony chirurgiczny rozm. L wykonany z włókniny SMS, zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności
6. 1 x fartuch wzmocniony chirurgiczny rozm. XL wykonany z włókniny SMS, zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności
7. 1 x nerka niebieska, 700ml
8. 1 x skalpel rozm. 23 z przyciskiem umożliwiającym obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała, bez możliwości ponownego użycia, zgodne z dyrektywą 2010/32/UE
9. 2 x kleszczyki naczyniowe, metalowe typu mosquito, proste dł. 13 cm
10. 1 x osłona foliowa ochronna z elastyczną krawędzią typu czepek o wym. 75x80 cm
11. 1 x osłona foliowa ochronna z elastyczną krawędzią typu torba o wym. 85x90cm
12. 2 x szpatałka do dezynfekcji pola operacyjnego, 16 cm
13. 30 x gaziki 8-warstwowe 10x10 cm
14. 2 x igła iniekcyjna z rozmiar. 1.20 x 40 cm, 18G
15. 1 x igła iniekcyjna z rozmiar. 0,70 x 40 cm, 22G
16. 2 x strzykawka trzyczęściowa typu Luer Slip o poj. 10 ml
17. 2 x strzykawka trzyczęściowa typu Luer Slip o poj. 20 ml

- 18. 1 x strzykawka trzyczęściowa typu Luer Slip o poj. 5 ml
 - 19. 1 x ręcznik wysokochłonny, biały 30 x 40 cm
 - 20. 1 x miska przezroczysta 150 ml
 - 21. 1 x serweta 152 x 190 cm wzmocniona na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu
 - 22. 2 x etykiety samoprzylepne umieszczone na etykiecie zestawu z nadrukiem w języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną
- Zestaw zapakowany w opakowanie folia – papier.
Skład zestawu w j. polskim na etykiecie zewnętrznej
Termin ważności min. 24 miesiące.

Jedna wklejka z kodem kreskowym. Zestawy spełniają wymogi normy 13795?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 47.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.